

**GARA TELEMATICA**  
**PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE**  
**ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI**  
**CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**ALLEGATO 4**

**OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**  
**(LOTTO 1)**

N.B. TALE DICHIARAZIONE DI OFFERTA DOVRA' ESSERE COMPILATA DAL  
CONCORRENTE ED INVIATA PREVIA RICHIESTA DA PARTE DELLA  
COMMISSIONE DI GARA, AL MOMENTO DELLA CONFERMA DELL'OFFERTA,  
SECONDO QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA.

Spett.le  
**Consip S.p.A.**  
Via Isonzo, 19 E  
00198 ROMA

**OFFERTA TECNICA**  
**GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE**  
**ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE**  
**PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

La Relazione tecnica dovrà necessariamente contenere (per ogni lotto):

- a)* la dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;
- b)* la conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;
- c)* l'indicazione delle caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti;
- d)* il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio dal quale si evinca che lo stesso possieda le competenze ed i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico; qualora il curriculum presentato non sia rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'offerente l'individuazione di un diverso Responsabile del Servizio e la presentazione del relativo curriculum;
- e)* l'attestazione dei requisiti di originalità e conformità, nella quale l'impresa dichiara che tutti i prodotti ed i servizi offerti abbiano i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, italiana e comunitaria;

La suddetta Relazione tecnica dovrà essere contenuta in un file formato Word, convertito in formato .pdf, e sottoscritta con firma digitale.

**a) Dichiarazione di sussistenza delle caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3:**

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

*Caratteristiche minime del prodotto offerto:* sono elencate le caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3;

*Dichiarazione conformità:* indicare la dicitura “Conforme” se l’apparecchiatura offerta risponde alle caratteristiche minime indicate, indicare la dicitura “Non conforme” se l’apparecchiatura offerta non risponde alle caratteristiche minime indicate.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto offerto.

<b><i>Caratteristiche minime del prodotto offerto</i></b>	<b><i>Dichiarazione conformità</i></b>
Classe elettrica I;	
Apparecchiatura tipo BF – CF secondo il tipo di applicazione;	
Protezione integrale dalle scariche prodotte da defibrillatore;	
Monitor ad uso adulto, pediatrico e neonatale;	
Schermo a colori LCD – TFT a matrice attiva;	
Diagonale visibile dello schermo di almeno 12 pollici;	
Rappresentazione simultanea di almeno 6 tracce (forme d'onda);	
Alimentazione 220 Vca;	
Allarme modulabile su almeno 3 livelli, sia di tipo acustico che visivo;	
Gestione allarmi per i parametri vitali;	
Gestione allarmi macchina (ad esempio, sensori staccati, stato batteria, ecc.);	
Memorizzazione continua di trend e memorizzazione eventi per almeno 24 ore;	
Registrazione dei trend dei parametri misurati e visualizzazione sia in forma grafica che tabulare/numerica;	
Salvataggio automatico degli episodi di allarme con memorizzazione dei tracciati e dei valori numerici con indicazione dell'istante nel quale si è verificato l'evento;	
Predisposizione collegamento con Centrale di monitoraggio (ossia per l'attuazione della connessione si ha solamente la necessità di collegare il cavo di rete);	
Rilevamento impulso da pace-maker;	
Autotest e autocalibrazione all'accensione;	

<b>Caratteristiche minime del prodotto offerto</b>	<b>Dichiarazione conformità</b>
Apparecchiatura in grado di rilevare e visualizzare, tramite singoli moduli, i seguenti parametri:	
ECG almeno 3 derivazioni/Respiro;	
Saturazione di O <sub>2</sub> ;	
Pressione arteriosa non invasiva NIBP;	
Temperatura - 2 canali.	
Apparecchiatura fornita di software per l'analisi di:	
tratto ST su almeno 3 derivazioni;	
Analisi aritmie con classificazioni delle aritmie letali.	

**b) Conferma dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6:**

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

*Servizio previsto:* sono elencati i servizi previsti nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6;

*Dichiarazione conformità:* indicare la dicitura “Conforme” se i servizi offerti sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6. Indicare la dicitura “Non conforme” se i servizi non sono conformi alle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6.

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del servizio offerto.

<b>Servizio previsto</b>	<b>Dichiarazione conformità</b>
Consegna ed installazione dell'Apparecchiatura	
Collaudo	
Formazione operatori	
Garanzia per 24 mesi	
Assistenza e manutenzione Full – Risk per 24 mesi	
Garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione della fornitura	
Organizzazione del Fornitore per l'erogazione della fornitura (call center)	
Responsabile del servizio	
Reportistica	
Sito internet delle Convenzioni	

<b>Servizio previsto</b>	<b>Dichiarazione conformità</b>
Estensione Assistenza e manutenzione Full-Risk per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 24 mesi inclusi nel prezzo della fornitura (a pagamento)	

**c) Caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni offerti:**

Compilare la tabella di seguito indicata tenendo conto delle seguenti definizioni e note di compilazione:

*Caratteristica Tecnica migliorativa:* sono elencate le caratteristiche tecniche migliorative previste nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

*Valore Caratteristica Tecnica migliorativa:* valori previsti nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2;

*Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa:* indicare il valore che si offre in relazione alla caratteristica indicata in corrispondenza della colonna “*Caratteristica Tecnica migliorativa*” (es. 18 pollici per “Dimensione dello schermo almeno 12 pollici”).

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del prodotto/servizio offerto.

<b>Caratteristica Tecnica migliorativa</b>	<b>Valore Caratteristica Tecnica migliorativa</b>	<b>Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa</b>
<i>Dimensione dello schermo almeno 12 pollici</i>	= 12 pollici > 12 e ≤ 14 pollici > 14 e ≤ 16 pollici > 16 e ≤ 17 pollici > 17 e ≤ 18 pollici > 18 pollici	
<i>Numero tracce contemporaneamente visibili sullo schermo almeno 6</i>	= 6 tracce > 6 e ≤ 8 tracce > 8 e ≤ 10 tracce ≥ 10 tracce	
<i>Presenza del doppio schermo a colori LCD-TFT nella Centrale di Monitoraggio</i>	no si	
<i>Centrale di monitoraggio con possibilità di espansione fino ad almeno 24 pazienti</i>	no si	
<i>Centrale di monitoraggio con possibilità di visualizzazione contemporanea di almeno due tracce morfologiche di ciascuno dei pazienti collegati</i>	no si	

**CONSIP S.p.A.**

Gara telematica per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio e servizi connessi per le  
Pubbliche Amministrazioni

---

<b>Caratteristica Tecnica migliorativa</b>	<b>Valore Caratteristica Tecnica migliorativa</b>	<b>Valore Offerto Caratteristica Tecnica migliorativa</b>
<b>Registratore su carta almeno a due canali</b>	2 canali 3 canali 4 canali > 4 canali	
<b>Modulo per il rilievo della pressione invasiva (IBP) almeno 2 canali</b>	2 canali 3 canali 4 canali > 4 canali	
<b>Modulo per il rilievo della etCO2 Mainstream</b>	no si	
<b>Modulo per il rilievo del BIS</b>	no si	
<b>Modulo per il rilievo della tcpO2/CO2</b>	no si	
<b>Software di analisi continua del tratto ST su tutte le derivazioni disponibili</b>	no si	
<b>Software di analisi delle aritmie con classificazione completa delle aritmie</b>	no si	
<b>Predisposizione al collegamento con interfacce standard (XML e/o HL7)</b>	no si	
<b>Software parametri ventilatori</b>	no si	
<b>Tempo di ripristino condizioni di funzionamento dell'Apparecchiatura guasta o messa a disposizione di una sostitutiva identica</b>	entro 3 giorni lavorativi entro 2 giorni lavorativi	
<b>Presenza dei tecnici sul territorio</b>	Almeno 5 tecnici (1 per macro-regione) Almeno 10 tecnici (2 per macro-regione) Almeno 15 tecnici (3 per macro-regione) Almeno 20 tecnici (4 per macro-regione)	

Si rammenta che dovranno essere altresì allegati il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio, nonché l'attestazione dei requisiti di originalità e conformità di cui ai sopra menzionati punti **d)** ed **e)**.

***FACSIMILE***

Spett.le

**Consip S.p.A.**

Via Isonzo 19/E

00198 ROMA

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA**

**GARA TELEMATICA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL  
MONITORAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI -**

La \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, Capitale  
sociale \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. iscritta nel Registro delle  
Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, *(in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppate o raggruppate)*

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle  
relative Condizioni generali, nel Capitolato tecnico e negli altri atti della “***Gara per  
apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio e servizi connessi***” sino alla  
concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito per il Lotto 1 nei suddetti atti,  
adempiendo agli Ordinativi di Fornitura sulla base dei corrispettivi risultanti dall’applicazione  
dei prezzi che seguono; a tal fine

**DICHIARA**

che il valore **Ptotaleofferto** offerto in fase di negoziazione on-line è pari ad Euro \_\_\_\_\_, \_\_= (\_\_\_\_\_/\_\_), ed è stato calcolato applicando i prezzi unitari offerti da intendersi tutti al netto dell'IVA, indicati nella tabella Excel "Allegato 4 Relazione Economica – Lotto 1", per i quali si presentano le sottoriportate giustificazioni ai sensi dell'art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Relazione economica dovrà essere contenuta in un file convertito in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale. L'importo complessivo offerto dovrà essere uguale al **Ptotaleofferto** e i prezzi unitari dovranno essere espressi in 2 cifre decimali.

La \_\_\_\_\_, inoltre, nell'accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali e nel Capitolato tecnico della presente gara, dichiara altresì:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 160° (centosessantesimo) giorno successivo al termine fissato per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. nè le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;



- di non eccedere, durante l'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
- di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di cui allo Schema di convenzione;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che in ordine ai prezzi offerti si producono le seguenti giustificazioni \_\_\_\_\_;
- che sono a carico del Fornitore aggiudicatario i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma EN 45004, nella misura indicata negli atti di gara;
- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, presso la Banca \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, Codice ABI \_\_\_\_\_, Codice CAB \_\_\_\_\_.

La \_\_\_\_\_ prende infine atto che:

- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e

**CONSIP S.p.A.**

*Gara telematica per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio e servizi connessi per le  
Pubbliche Amministrazioni*

---

sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A..

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

***La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale***