**ALLEGATO 6D bis**

**Scheda riepilogativa dati**

Fornitore esaminato

Lotto

Modello ecotomografo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SONDA** | | | | | |
| ***Parametro*** | ***Dato*** | | | | | | |
| **IMMAGINE BIDIMENSIONALE** | | | | | | | |
| A Visualizzazione di strutture anecogene | *Gruppo anecogeno (profondità: superficiale)* | | | | | | |
| | $L_{A1}$: valore medio di livelli di grigio (target grande) | $L_{A1}$ = | | | | | |
| | $L_{A2}$ : valore medio di livelli di grigio (target medio) | $L_{A2}$ = | | | | | |
| | $L_{A3}$ : valore medio di livelli di grigio (target piccolo) | $L_{A3}$ = | | | | | |
| | *Gruppo anecogeno (profondità: media)* | | | | | | |
| | $LB_1$ : valore medio di livelli di grigio (target grande) | $L_{B1}$ = | | | | | |
| | $LB_2$ : valore medio di livelli di grigio (target medio) | $L_{B2}$ = | | | | | |
| | $LB_3$ : valore medio di livelli di grigio (target piccolo) | $L_{B3}$ = | | | | | |
| | *Gruppo anecogeno (profondità: profonda)* | | | | | | |
| | $LC_1$ : valore medio di livelli di grigio (target grande) | $L_{C1}$ = | | | | | |
| | $LC_2$ : valore medio di livelli di grigio (target medio) | $L_{C2}$ = | | | | | |
| | $LC_3$ : valore medio di livelli di grigio (target piccolo) | $L_{C3}$ = | | | | | |
| | *Complessivo* | | | | | | |
| | $L_{ARif}$ : valore medio del livello di grigio della ROI circolare | $L_{1Rif}$ = | | | | | |
| | $LB_{Rif}$ : valore medio del livello di grigio della ROI circolare | $L_{2Rif}$ = | | | | | |
| | $LC_{Rif}$ : valore medio del livello di grigio della ROI circolare | $L_{3Rif}$ = | | | | | |
| B Uniformità dell'immagine | $\sigma$ : deviazione standard dei livelli di grigio all'interno della ROI | $\sigma$ = | | | | | |
| C Distorsione dell'immagine | DV: distanza verticale | DV= | | | | | |
| | DO:distanza orizzontale | DO= | | | | | |
| | DO norm:valore normalizzato | Donorm= | | | | | |
| | DI%: distorsione dell'immagine | DI% = | | | | | |
| D Risoluzione laterale | $RL_1$: risoluzione laterale (riflettore in alto posto all'incrocio della prima linea orizzontale dall'alto) | $RL_1$ = | | | | | |
| | $RL_2$: risoluzione laterale (riflettore posto all'incrocio della seconda linea orizzontale) | $RL_2$ = | | | | | |
| | $RL_3$: risoluzione laterale (riflettore visualizzabile in basso della linea verticale) | $RL_3$ = | | | | | |
| | $RL_{min}$ : miglior valore di risoluzione laterale | $RL_{min}$ = | | | | | |
| | $RL_{media}$ : risoluzione laterale media | $RL_{media}$ = | | | | | |
| E Risoluzione assiale | RA1 : risoluzione assiale (profondità: superficiale) | $RA_1$ = | | | | | |
| | RA2 : risoluzione assiale (profondità: media) | $RA_2$ = | | | | | |
| | RA3 : risoluzione assiale (profondità: profonda) | $RA_3$ = | | | | | |
| | $RA_{media}$ : risoluzione assiale media | $RA_{media}$ = | | | | | |
| **PW (Doppler pulsato)** | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Penetrazione massima PW (Doppler pulsato) | $D_{lim}$ : valore numerico di penetrazione | $D_{lim}$ = | | | | | |
| G | Misura assoluta di velocità di efflusso PW (Doppler pulsato) | $V_{mis}$ : media temporale delle velocità massime rilevate (cm/secondo)<br>$V_{eff}$ : velocità corrispondente al valore di efflusso impostato (cm/secondo) | $V_{mis}$ =<br>$V_{eff}$ = | | | | | |
| **DOPPLER COLORE/POWER DOPPLER** | | | | | | | | |
| H | Penetrazione massima (Doppler colore/power doppler) | $D_{lim}$ : profondità limite corrispondente ad un flusso rilevabile | $D_{lim}$ = | | | | | |
| I | Massima velocità misurabile pre-aliasing (Doppler colore/power | $V_{lim}$ : velocità limite<br>$V_{max}$ : massima velocità di efflusso impostabile sull'oggetto test | $V_{lim}$ =<br>$V_{max}$ = | | | | | |
| L | **CW DOPPLER CONTINUO**<br>Penetrazione massima | Dlim= valore numerico di penetrazione massima in cm | Dlim= | | | | | |