

Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura di ecotomografi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda

Si chiede di precisare se il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (C.I.G.), si intende in un'unica soluzione per la gara anche se suddivisa in tre lotti (€ 100) o se il pagamento deve essere effettuato per ogni singolo lotto al quale si partecipa (in caso di partecipazione ai 3 lotti, n. 3 versamenti da € 100 oppure un unico versamento da € 300).

Risposta

L'importo dovuto a titolo di contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, è pari a 100 (cento) euro, qualunque sia il numero dei lotti cui si partecipa. Detto pagamento, pertanto, deve essere effettuato in un'unica soluzione ed imputato al C.I.G. indicato nel Bando di Gara.

2) Domanda

Rif. Disciplinare di Gara - Attribuzione punteggio tecnico - Caratteristiche tecniche migliorative - Punto 4: Presenza CD-R e/o DVD e/o Pendrive integrati

Avendo a disposizione un DVD integrato che sia in grado di leggere sia DVD che CD-R, il punteggio tecnico risulta solo P3, o viene considerato P1 + P3 ?

Risposta

Il punteggio risulta essere P1 + P3 se il drive DVD integrato è in grado di leggere e scrivere sia DVD che CD-R.

3) Domanda

Rif. Allegato 6, paragrafo 4 - Elenco dispositivi opzionali LOTTO 2

La richiesta di Kit Biopsia per sonda Convex o Microconvex si riferisce solo alle sonde con frequenza 3,5-5 MHz, oppure anche a quelle ad alta frequenza per esami pediatrici?

Risposta

I kit per biopsia richiesti si riferiscono ad entrambe le tipologie.

4) Domanda

Rif. Allegato 6D - Protocollo per l'esecuzione di prove funzionali

I Phantom per le prove funzionali sono messi a disposizione da Consip (o laboratorio esterno), o devono essere portati dal concorrente?

Risposta

I Phantom sono di proprietà della Consip S.p.A..

5) Domanda

Punto 7 allegato 1 facsimile Dichiarazione pag 5 di 13

Che ai sensi di quanto previsto nel punto VI.3.1. del bando di gara, ha provveduto ad effettuare il pagamento del contributo di cui all'art. 1 comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, attraverso il SIMOG così come attestato dal documento in copia ivi allegato, che verrà prodotto in originale laddove la Consip S.p.A. ne dovesse far richiesta;

ovvero

che ai sensi di quanto previsto nel punto VI.3.1 del Bando di gara, ha provveduto ad effettuare il pagamento del contributo di cui all'art. 1 comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

tramite bonifico bancario, come attestato dal documento in copia ivi allegato, che verrà prodotto in originale laddove la Consip S.p.A. ne dovesse far richiesta;

Vi chiediamo se è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino postale.

Risposta

Il pagamento del contributo può essere effettuato anche tramite versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi Ufficio Postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura.

Si precisa che, in ogni caso, le modalità di pagamento del menzionato contributo sono contenute sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html>.

6) Domanda

E possibile avere il nominativo dei produttori dei fantocci che verranno utilizzati per il test?

Risposta

Il produttore dei phantom 1 e 2 è la GAMMEX rmi, Middleton, WI USA.

Il produttore del phantom 3 (opportunamente integrato per le specifiche esigenze della gara) è la Dansk Fantom Service, Frederikssund, Denmark.

7) Domanda

L'apposito Customer Care, per la gestione delle richieste di informazioni e di quelle relative all'assistenza e malfunzionamento con un numero di telefono e di fax dedicati, deve essere esclusivo per Consip o può essere condiviso con altri clienti?

Risposta

Il Customer Care può essere condiviso con altri clienti.

8) Domanda

Nel lotto 3, è possibile offrire sonde lineari vascolari con frequenze diverse rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico, ovvero 7,5-10 Mhz?

Risposta

Come già indicato nel par. 4 del Capitolato Tecnico (Dispositivi Opzionali), i range di frequenza riportati per ciascun trasduttore sono da intendersi come indicativi ai fini dell'individuazione del campo diagnostico di impiego.

9) Domanda

Nel lotto 3, il modulo di elaborazione per immagini 3D indicato è da intendersi esclusivamente a bordo del sistema e da fornire su tutte le sonde bidimensionali richieste da capitolato?

Risposta

Il Modulo di elaborazione per immagini 3D è da intendersi integrato nell'apparecchiatura ed utilizzabile con tutte le sonde bidimensionali previste dal Capitolato Tecnico.

10) Domanda

Quali criteri verranno utilizzati per misurare e valutare le seguenti caratteristiche migliorative:

- Capacità funzione cine-memory
- Dynaminc Range

Risposta

Le modalità di attribuzione dei punti sono riportate a pag. 26 "Caratteristiche migliorative" del Disciplinare.

11) Domanda

Chiediamo l'invio dello schema d'offerta "allegato 3Bis" del Lotto 3, in quanto mancano due formule di calcolo nelle voci stampati.

Risposta

Il menzionato file in excel di supporto, contiene un errore nel foglio "lotto 3", in quanto nelle due celle relative ai dispositivi opzionali "stampante in bianco e nero di tipo medicale" e "stampante a colori di tipo medicale", non è stata copiata la formula di calcolo riportata in tutte le altre celle.

Si provvede ad allegare alla presente il predetto file in excel nella versione corretta.

Si ribadisce tuttavia che il file in excel dell'Offerta Economica (Cd-Rom) di cui all'Allegato 3 bis **rappresenta solo ed esclusivamente uno strumento di supporto** ai fini della corretta formulazione dell'offerta. Tale supporto, pertanto, non esonera i concorrenti dall'effettuare una verifica sulla congruità delle informazioni fornite attraverso il supporto stesso. **Consip S.p.A., in ogni caso, non è responsabile dell'eventuale malfunzionamento dello strumento di supporto.**

La Dichiarazione d'offerta dovrà, infatti, contenere, a pena di esclusione, l'Allegato 3 bis "Schema di Offerta Economica" al Disciplinare, riprodotto in formato cartaceo, con l'indicazione dei prezzi unitari offerti.

12) Domanda

In merito alle prove funzionali relative al lotto 3 Ecocardiografi. Premesso che il Disciplinare di gara a pag 5 di 55 presenta, in forma tabellare, una descrizione tecnica degli ecocardiografi, in configurazione minima, dei dispositivi e dei servizi opzionali oggetto della gara (elencati nella colonna denominata "tecnologie di beni e servizi"); in particolare ci riferiamo alla funzionalità Doppler CW steerable richiesta sulle seguenti sonde:

-sonda cardiologia adulti 2- 4 MHz phased array settoriale

-sonda cardiologia pediatrica 5-7,5 MHz phased array settoriale

Premesso inoltre che il Disciplinare di gara a pag 37 di 55 presenta la descrizione delle prove funzionali del Doppler Continuo; in particolare ci riferiamo alla tabella delle profondità massime di riferimento, la quale indica tutti i trasduttori richiesti nel lotto 3, quindi anche quelli in cui il Doppler Continuo non è previsto a pag. 5 di 55 del medesimo Disciplinare.

Tutto ciò premesso chiediamo a di voler chiarire se le prove del laboratorio relativamente al Doppler CW, avverranno solo sulle due sonde indicate a pag 5 di 55 del Disciplinare di gara o invece su tutti i trasduttori come indicato nella tabella a pag 37 di 55 del medesimo documento.

Risposta

In relazione a quanto riportato nella Tabella Lotto 3, pag. 5 del Disciplinare di gara, ed in base a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, Allegato 6, par. 3.3.1, pag. 10, la prova funzionale L (Penetrazione massima) verrà eseguita sulle seguenti sonde:

- sonda cardiologia adulti 2- 4 MHz phased array settoriale con supporto della funzionalità Doppler CW steerable;
- sonda cardiologia pediatrica 5-7,5 MHz phased array settoriale con supporto della funzionalità Doppler CW steerable.

Direzione Acquisti della P.A.

Il Direttore

(Ing Renato Di Donna)