

Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione di analisi nelle aree di chimica clinica, immunochimica, ematologia e coagulazione e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda

Chiarimento in merito alla compilazione dell'offerta economica ed in particolare a seguito dell'errata corrige n. 2 che al punto 2 riporta:

“...che il corrispettivo che le amministrazioni dovranno riconoscere per i kit di reagenti approvvigionati sarà pari al confezionamento di ciascun kit moltiplicato per il costo unitario del reagente per test indicato nella colonna “B” del foglio “6-Riepilogo” della scheda di dettaglio offerta economica”.

Visto che nella colonna B del foglio excel “6-Riepilogo” è possibile inserire un solo costo per tutti i test all'interno di una fascia di esami chiediamo conferma di dover indicare, quindi, un unico costo reagente a test (per esempio per i 9 esami della fascia F del Lotto 2 dobbiamo indicare un unico costo reagente a test).

Risposta

Si conferma la necessità di indicare un unico costo reagente per determinazione che sia valido per le determinazioni comprese in ogni singola fascia di esame.

2) Domanda

Chiediamo se l'incidenza Costo Calibratore (colonna C della scheda 6 riepilogo del file excel “Scheda dettaglio offerta economica”) deve essere la stessa per tutte le fasce di esame oppure se il foglio 2 può essere prodotto tante volte quante sono le fasce.

Stessa domanda per quanto riguarda il valore dell'incidenza dei controlli (colonna D della scheda 6 riepilogo del file excel “Scheda dettaglio offerta economica”)

Risposta

Si conferma la necessità di indicare, nelle “schede dettaglio offerta economica”, un costo dei calibratori (colonna “C”) e dei controlli (Colonna “D”) unico per tutte le fasce di esame. Pertanto i cd. Foglio 2 e Foglio 3 non devono essere riprodotti tante volte quante sono le fasce di esame.

3) Domanda

Il numero di esami/anno per fascia da Voi indicati (rif. 3.1.1.3 + 3.1.2.1 + 3.1.3.3 - Allegato n. 6 – Capitolato Tecnico) è comprensivo di test x calibrazione e i controlli (come da Voi indicato rif. punto 3.1.2.2 – Allegato n. 6 – Capitolato Tecnico: 2 livelli di concentrazione da eseguirsi in sedute quotidiane 300 giorni/anno) o tali test vanno aggiunti al numero di esami/anno per fascia da Voi indicati?

Risposta

Il numero di esami/anno indicato per ciascuna fascia di esami non è comprensivo delle determinazioni per calibrazioni e controlli. Pertanto il numero di tali test si intendono aggiunti al numero di esami/anno definiti per ciascuna fascia di esame.

4) Domanda

Punto n. 4 - Allegato n. 2 – Offerta tecnica

In riferimento alla richiesta di produrre una dichiarazione che attesti quanto segue:

“Una dichiarazione dell’offerente attestante che il numero di Kit di reagenti e il numero di confezioni dei calibratori, controlli e materiali di consumo indicati nella ”Scheda dettaglio offerta economica” (colonna C del Foglio 1-reagenti, del Foglio 2-calibratori, del Foglio 3- controlli, del Foglio 4-consumabili) è adeguato all’esecuzione del numero di test/anno previsti, rispettivamente per fascia di esami e per lotto, secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato tecnico”

e alla Vs. risposta ai chiarimenti:

“Risposta

Il numero di test annui per singolo test non è un valore noto, in quanto esiste una stima relativa al numero di test/anno per fascia di esami, così come indicato nel Capitolato tecnico di gara ai paragrafi 3.1.1.3, 3.1.2.3, 3.1.3.3, 3.1.4.3., 3.1.5.3.”

dal momento che si dovrà indicare (dichiarare) che il numero di Kit di reagenti e il numero di confezioni dei calibratori, controlli e materiali di consumo indicati nella ”Scheda dettaglio offerta economica è adeguato all’esecuzione del numero di test/anno previsti, rispettivamente per fascia di esami e per lotto, si richiede se è possibile eseguire una stima delle quantità ipotetiche annue di un laboratorio tipo, per ogni singolo esame all’interno della fascia da voi individuata, o se si deve considerare una media meramente matematica, anche per esami notoriamente con bassa frequenza di utilizzo/richiesta di esame (p.e. Aldolasi, Estriolo, Dhea-s, Teofillina).

Risposta

Il calcolo del numero di confezioni di calibratori, controlli e materiali di consumo dovrà essere effettuato in funzione di una stima che tenga conto del numero di esami/anno previsto per ciascuna fascia di esame, come definito nel capitolato tecnico di gara.

5) Domanda

Offerta economica:

Alla luce del chiarimento del 04/06/09

*“Per incidenza del costo dei reagenti per fascia si intende il costo del solo reagente **per l’esecuzione di un singolo esame** compreso nella medesima fascia .”*

si chiede conferma, in riferimento allo schema “Specifica dei prezzi offerti per i reagenti”, di poter esprimere per ogni singolo esame, all’interno della stessa fascia, la relativa incidenza costo totale reagenti (esempio):

Colonna "A"	Colonna "B"	Colonna "C"	Colonna "D"	Colonna "E"	Colonna "F"	Colonna "G"
Descrizione	Incidenza Costo Totale Reagenti per fascia (colonna F foglio 1-reagenti)	Incidenza Costo Totale Calibratori (ult.riga colonna F foglio 2-calibratori)	Incidenza Costo Totale Controlli (ult. riga colonna F foglio 3-controlli)	Incidenza Costo Totale Consumabili (ult. riga colonna F foglio 4-consumabili)	Incidenza canone (colonna D foglio 5-canone)	Costo offerto per fascia di esami
Esami Fascia A						
ALT	123	111	222	333	444	0,085
AST	456	111	222	333	444	
Aldolasi	789	111	222	333	444	
Bilirubina totale	123	111	222	333	444	
Colesterolo totale	456	111	222	333	444	
Colesterolo LDL	789	111	222	333	444	
Creatinina	123	111	222	333	444	
Glucosio	456	111	222	333	444	
Proteine totali	789	111	222	333	444	

Risposta

No. Deve essere indicato il costo del solo reagente valido per l'esecuzione di uno qualunque degli esami compresi in ciascuna fascia.

Pertanto, fermo restando quanto indicato nelle modalità di redazione della "scheda dettaglio offerta economica" riportato nell'allegato 3 al Disciplinare di gara "Offerta economica" e negli atti di gara collegati, si riporta qui di seguito a titolo meramente dimostrativo un esempio di presentazione dell'offerta economica:

Colonna "A"	Colonna "B"	Colonna "C"	Colonna "D"	Colonna "E"	Colonna "F"	Colonna "G"
Descrizione	Incidenza Costo Totale Reagenti per fascia (colonna F foglio 1-reagenti)	Incidenza Costo Totale Calibratori (ult.riga colonna F foglio 2-calibratori)	Incidenza Costo Totale Controlli (ult. riga colonna F foglio 3-controlli)	Incidenza Costo Totale Consumabili (ult. riga colonna F foglio 4-consumabili)	Incidenza canone (colonna D foglio 5-canone)	Costo offerto per fascia di esami
Esami Fascia A						
ALT	0,15 (valore A, unico per fascia)	0,15 (valore B, unico per fascia)	0,15 (valore C, unico per fascia)	0,15 (valore D, unico per fascia)	0,15 (valore E, unico per fascia)	0,75 (somma dei valori A+B+C+D+E)
AST						
Aldolasi						
Bilirubina totale						
Colesterolo totale						
Colesterolo LDL						
Creatinina						
Glucosio						
Proteine totali						

6) Domanda

In riferimento alla gara in oggetto e alla sua elevata complessità nella produzione dell'offerta economica e di tutta la documentazione tecnica, chiediamo proroga dei termini di scadenza di ulteriori trenta giorni.

Risposta

Si segnala che non è prevista la concessione di ulteriori proroghe alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, che resta pertanto fissata alle ore 12,00 del 26.06.2009.

Ing. Stefano Tremolanti
Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
(Il Direttore)