

**Oggetto: Gara a procedura aperta per la Fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 647**

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura **Concorsi e Bandi - Gare in Corso**, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

### **1) Domanda**

Rif. punto n.6 Modalità di aggiudicazione della Gara - Non sembrano indicate le modalità di attribuzione punteggi relativi ai dispositivi accessori quali "sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo". Chiediamo gentile riscontro.

### **Risposta**

In merito alle modalità di attribuzione dei punteggi relativi ai dispositivi accessori, si rinvia alle prescrizioni contenute nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara. In particolare:

- con riferimento al punteggio tecnico PC, si rinvia alla "Tabella delle caratteristiche tecniche migliorative" la quale, relativamente ai dispositivi accessori e, specificatamente, alla "workstation di refertazione", prevede quale oggetto di valutazione il parametro V11 "Presenza di algoritmi di resolution enhancement". Non sono previste, invece, caratteristiche tecniche premianti con riguardo al dispositivo accessorio "sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo".
- con riferimento al punteggio economico PE, premesso che tale punteggio sarà attribuito in ragione del prezzo offerto per le apparecchiature di radiologia (mammografi digitali diretti) e per i dispositivi accessori, si rinvia alla formula di aggiudicazione presente nel sopra menzionato paragrafo 6 che dà evidenza di come sarà calcolato il punteggio per ciascuna offerta.

Si precisa, inoltre, che le prove funzionali disciplinate dall'Allegato 6D "Protocollo per l'esecuzione di prove funzionali di mammografi" al Capitolato Tecnico, avranno ad oggetto i soli mammografi digitali diretti. Peraltro, come indicato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, i fornitori, su richiesta della Commissione, dovranno rendere disponibili anche la campionatura dei dispositivi opzionali offerti.

### **2) Domanda**

Rif. pag. 3 Disciplinare di gara : Estensione del servizio di assistenza tecnica.

Si richiede chiarimento in riferimento al calcolo dell'importo complessivo per l'estensione del servizio di assistenza tecnica richiesto per ulteriori n.36 mesi:

Il prezzo del servizio è calcolato nella misura pari al 9% del prezzo UNITARIO PER CAD. 1 CONFIGURAZIONE.

L'importo così determinato dovrà essere moltiplicato per 3 (ossia n. 3 anni= n. 36 mesi) e successivamente moltiplicato n.25 configurazioni, per aversi l'importo complessivo.

### **Risposta**

Si conferma che il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione ed è espresso in termini percentuali.

Più precisamente, come indicato negli atti di gara, il prezzo del servizio è calcolato nella misura pari al 9% del prezzo unitario offerto, IVA esclusa, per il mammografo digitale diretto (nel caso in cui l'Amministrazione ordinante chieda l'attivazione del servizio solo sull'apparecchiatura) ovvero del prezzo unitario offerto, IVA esclusa, per il mammografo digitale diretto e per la "Workstation di refertazione" e/o il "Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo" (nel caso in cui l'Amministrazione ordinante chieda l'attivazione del servizio anche su uno o entrambi i dispositivi accessori predetti).

L'importo così ottenuto dovrà essere moltiplicato per 3, ossia per un numero corrispondente al periodo di durata del servizio (n. 3 anni = n. 36 mesi).

Relativamente, infine, al numero di apparecchiature (con o senza dispositivi accessori) interessate dal servizio, si rammenta che trattandosi di un servizio opzionale ovvero di un servizio che ciascuna Amministrazione può decidere di chiedere o meno con la fornitura dei mammografi, non risulta possibile determinarne a priori l'ammontare.

### **3) Domanda**

#### Richiesta invio documentazione allegati

Vi chiediamo gentilmente l'invio della documentazione ed allegati, di cui richiama la compilazione, in formato scrivibile.

### **Risposta**

Si segnala che, come indicato negli atti di gara, la documentazione ufficiale è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.consip.it](http://www.consip.it); (ii) cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. all'indirizzo sub I.1 del Bando di gara, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9,00 alle 12,30, in copia conforme.

Si segnala, inoltre, che sui siti Internet di cui alla lettera (i) è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata digitalmente nonché i moduli di dichiarazione, in formato word, di cui il concorrente si può avvalere per la presentazione dell'offerta (documenti scaricabili cliccando sul link "Moduli di dichiarazione").

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione

Ing. Stefano Tremolanti

(Il Direttore)

