



**DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
ECOTOMOGRAFI, DISPOSITIVI ACCESSORI E DEI SERVIZI CONNESSI E
OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26
LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000**

ID: 1636



INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1 Reperibilità della documentazione di gara	6
1.2 Richiesta d'informazioni	6
1.3 Lingua della documentazione da produrre	7
1.4 Codice identificativo della gara (CIG)	7
1.5 Responsabile del procedimento	7
1.6 Comunicazioni e informazioni all'ANAC	8
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	8
2.1 Durata	11
2.2 Lotti	11
2.3 Sicurezza.....	11
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
3.1 Soggetti ammessi	11
3.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi	12
3.3 Requisiti necessari per la partecipazione	12
3.4 Partecipazione a più Lotti	13
3.5 Avvalimento	16
4. OFFERTA	16
4.1 Il Sistema	16
4.1.1 <i>Gestore del Sistema</i>	17
4.2 La registrazione al Sistema	18
4.3 Presentazione dell'offerta	19
4.3.1 <i>Modalità tecniche di partecipazione in caso di gara a più Lotti</i>	20
4.3.2 <i>Modalità tecniche di partecipazione in caso di R.T.I. o Consorzio</i>	21
4.3.3 <i>Area comunicazioni</i>	21
4.4 Contenuto dell'offerta	21
4.4.1 <i>Documentazione amministrativa</i>	21
4.4.2 <i>Offerta tecnica</i>	37
4.4.2.1 <i>Documentazione tecnica a comprova</i>	38
4.1.1 <i>Offerta economica</i>	41
5. AGGIUDICAZIONE	42
5.1 Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione	42
5.1.1 <i>Punteggio tecnico</i>	42
5.1.2 <i>Punteggio economico</i>	88
5.2 Base d'asta	88
5.3 Ulteriori regole e vincoli	92
5.4 Controllo sul possesso dei requisiti	93
5.5 Procedura di gara	95
5.6 Verifica tecnica	100
5.7 Accesso	102
5.8 Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura	102
5.9 L'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale	103
6. ADEMPIMENTI per la STIPULA DELLA CONVENZIONE	103



7. GARANZIA.....	106
7.1 Cauzione definitiva	106
7.2 Garanzia per le verifiche ispettive	108
7.3 Polizza assicurativa	110
8. SUBAPPALTO	111
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	112
10. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001	113
11. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	114
12. ALLEGATI	115



1. INFORMAZIONI GENERALI

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, indetta dalla Consip S.p.A. a socio unico, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., dell'art. 58 della L. n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni suddivisa in n. otto Lotti, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data **20/10/2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" www.acquistinretepa.it.

Si precisa che i richiami ed i rinvii al Bando di gara, contenuti nel presente Disciplinare e nei suoi Allegati, devono intendersi riferiti al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012

Ai sensi del D.M. 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come dettagliatamente descritto al successivo punto 4.1, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell'offerta, d'analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 4.2;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore, oppure Mozilla



Firefox 0.8 o superiore e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l'offerta.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L.241/1990 e dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti e del numero di concorrenti che si prevede interverranno alla presente gara che potrebbe comportare un prolungamento delle attività della Commissione di gara, la durata del presente procedimento e della relativa garanzia è fissata in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

In ragione di quanto previsto dall'art. 41 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. come modificato dall'art. 1 comma 2 bis lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n.135, si precisa che Consip S.p.A. si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di fatturato specifico realizzato nella prestazione di forniture di ecotomografi e/o sonde ecografiche, di cui al punto 17.2 del Bando di gara - per le motivazioni che seguono.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati: i) di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; ii) di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei prodotti e dei servizi, in considerazione anche del numero e della tipologia delle Amministrazioni coinvolte.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico di cui al punto 17.2 del Bando di gara tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore della fornitura oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi.

A tal fine, tra l'altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione.



Per ogni Lotto, la Consip S.p.A., nei casi di cui all'art. 140, D. Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'AVCP ha emesso la "Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012" con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

L'art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12 giugno 2013, prevede al comma 1 bis per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa con le modalità tradizionali.

1.1 Reperibilità della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.consip.it, www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Sul profilo del committente e sui siti Internet di cui alla precedente lettera (i), è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

1.2 Richiesta d'informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, dello Schema di Convenzione, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Consip S.p.A..



Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse

- a) in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti,
 - b) ovvero via mail all'indirizzo e-mail ecotomografi@acquistinretepa.it,
- e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno **18/11/2015**.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno:

- a) inviati dalla Consip S.p.A. in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti;
- b) pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, **sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.**

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

1.3 Lingua della documentazione da produrre

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

1.4 Codice identificativo della gara (CIG)

Per ogni Lotto il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente:

per il Lotto 1 – CIG 6435563A95;
per il Lotto 2 – CIG 643558089D;
per il Lotto 3 – CIG 6435592286;
per il Lotto 4 – CIG 64356019F1;
per il Lotto 5 – CIG 6435621A72;
per il Lotto 6 – CIG 6435627F64;
per il Lotto 7 – CIG 643563994D;
per il Lotto 8 – CIG 6435647FE5.

Il contributo è dovuto per ciascun Lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del Lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

1.5 Responsabile del procedimento

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, il Dott. Guido Gastaldon, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla



necessità di nominare il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, relativamente al singolo contratto di fornitura.

1.6 Comunicazioni e informazioni all'ANAC

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alle singole Amministrazioni.

Si precisa inoltre che la Consip S.p.A. procederà nei confronti di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta alla consultazione dell'Osservatorio istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

La Consip S.p.A. ha adottato una *"Direttiva sui tempi e le modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati"*, che è consultabile sul sito internet www.consip.it.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito per brevità Amministrazioni), alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali.

In particolare, l'oggetto della Convenzione che verrà stipulata con l'aggiudicatario del singolo Lotto della gara è la fornitura di:

- a) Apparecchiature in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le caratteristiche migliorative, eventualmente offerte in sede di gara:
 - Lotto 1: Ecotomografi multidisciplinari "fascia alta";
 - Lotto 2: Ecotomografi multidisciplinari "fascia media";
 - Lotto 3: Ecotomografi cardiologici "fascia alta";
 - Lotto 4: Ecotomografi cardiologici "fascia media";
 - Lotto 5: Ecotomografi ginecologici "fascia alta";
 - Lotto 6: Ecotomografi ginecologici "fascia media";
 - Lotto 7: Ecotomografi portatili "fascia alta";
 - Lotto 8: Ecotomografi portatili "fascia media".

Le suddette denominazioni non individuano un'unica destinazione di utilizzo. Gli ecotomografi, sia per le caratteristiche tecniche minime, sia per le caratteristiche tecniche migliorative se offerte, possono, se corredati dai dispositivi accessori idonei, avere altre destinazioni di utilizzo.



- b) Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo dell'apparecchiatura in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico:
- consegna e installazione;
 - collaudo e istruzione del personale;
 - garanzia per 12 mesi;
 - servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi;
 - ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
- c) Dispositivi accessori a pagamento secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e caratteristiche migliorative, eventualmente offerte in sede di gara.
- d) Servizio opzionale a pagamento, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi sull'apparecchiatura in configurazione minima e sui dispositivi accessori a pagamento. Si fa presente che il prezzo del servizio non sarà oggetto di valutazione economica in quanto il suo prezzo, a carico dell'Amministrazione che ne faccia richiesta, è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione. Il dettaglio relativo al presente servizio è regolamentato al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

Si precisa che la possibilità di ordinare i dispositivi accessori e il servizio opzionale da parte delle Amministrazioni Contraenti è subordinata all'acquisto di almeno un ecotomografo in configurazione minima. Per ogni ecotomografo acquistato la quantità massima acquistabile di ciascun dispositivo accessorio/servizio opzionale è pari a uno.

Con riferimento a ciascun Lotto della presente gara, si precisa che il concorrente, presentando Offerta, si impegna a fornire tutti i servizi connessi nonché tutti i dispositivi accessori e il servizio opzionale che verranno eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente.

Si riportano di seguito, con riferimento agli ecotomografi e ai singoli dispositivi accessori (descritti nel Capitolato Tecnico ed elencati nelle Tabelle da L1 a L8 del paragrafo 5.2 del presente Disciplinare), i quantitativi massimi oggetto di gara relativamente al singolo Lotto:

Lotto	Quantitativi massimi
Lotto 1 – Ecotomografi Multidisciplinari fascia alta	105
Ogni singolo dispositivo opzionale	105
Lotto 2 – Ecotomografi Multidisciplinari fascia media	210
Ogni singolo dispositivo opzionale	210
Lotto 3 – Ecotomografi Cardiologici fascia alta	105
Ogni singolo dispositivo opzionale	105



Lotto	Quantitativi massimi
Lotto 4 – Ecotomografi Cardiologici fascia media	35
Ogni singolo dispositivo opzionale	35
Lotto 5 – Ecotomografi Ginecologici fascia alta	70
Ogni singolo dispositivo opzionale	70
Lotto 6 – Ecotomografi Ginecologici fascia media	35
Ogni singolo dispositivo opzionale	35
Lotto 7 – Ecotomografi Portatili fascia alta	35
Ogni singolo dispositivo opzionale	35
Lotto 8 – Ecotomografi Portatili fascia media	105
Ogni singolo dispositivo opzionale	105

Con la stipula della Convenzione l'aggiudicatario è obbligato ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura fino a concorrenza dei quantitativi massimi sopra indicati.

Si precisa che, per ogni Lotto, i predetti quantitativi massimi della Convenzione sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la relativa Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore aggiudicatario della Convenzione in caso di Ordinativi di Fornitura inferiori ai suddetti quantitativi massimi complessivi.

Per ogni Lotto, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, siano esauriti i predetti quantitativi massimi, la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tali quantitativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923, ovvero numero 21 ecotomografi per il Lotto 1, numero 42 ecotomografi per il Lotto 2, numero 21 ecotomografi per il Lotto 3, numero 7 ecotomografi per il Lotto 4, numero 14 ecotomografi per il Lotto 5, numero 7 ecotomografi per il Lotto 6, numero 7 ecotomografi per il Lotto 7 e numero 21 ecotomografi per il Lotto 8.

Gli effettivi quantitativi saranno determinati, sino a concorrenza dei quantitativi massimi, in base agli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

Tutti i prodotti/servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, a pena di esclusione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in Lotti funzionali in quanto il frazionamento risulta tecnicamente non attuabile ed economicamente sconveniente.



2.1 Durata

Per ogni Lotto, la Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di attivazione. Tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta della Consip S.p.A. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento dei beni/servizi oggetto della Convenzione.

2.2 Lotti

La presente procedura è suddivisa in otto Lotti secondo il seguente dettaglio:

Lotto	Descrizione	Quantità
1	<u>Ecotomografi multidisciplinari "fascia alta"</u>	105
2	<u>Ecotomografi multidisciplinari "fascia media"</u>	210
3	<u>Ecotomografi cardiologici "fascia alta"</u>	105
4	<u>Ecotomografi cardiologici "fascia media"</u>	35
5	<u>Ecotomografi ginecologici "fascia alta"</u>	70
6	<u>Ecotomografi ginecologici "fascia media"</u>	35
7	<u>Ecotomografi portatili "fascia alta"</u>	35
8	<u>Ecotomografi portatili "fascia media"</u>	105

2.3 Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** (DVRI standard - Allegato 6). Prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura l'Amministrazione contraente dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Soggetti ammessi

È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i..

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura



maggioritaria.

Resta fermo quanto eventualmente previsto nel successivo paragrafo 3.3 del presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.

Saranno esclusi dal singolo Lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Consip effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 così come convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.

3.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in offerta se e per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), **pena l'esclusione** dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Per quanto riguarda i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

3.3 Requisiti necessari per la partecipazione

Fermo restando le modalità di presentazione dell'offerta di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel Bando di gara, e segnatamente:

- a) i requisiti relativi alla situazione personale richiesti al punto 17.1 del Bando di gara,



- b) il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria richiesto al punto 17.2 del Bando di gara.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta, a **pena d'esclusione**, con le modalità nel seguito indicate.

Con riferimento a ciascun Lotto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, i requisiti di partecipazione di cui al Bando di gara dovranno essere così posseduti, **a pena di esclusione**:

- a) con riferimento alle situazioni personali di cui alle ***lettere a) b) e c) del punto 17.1 del Bando di gara***: (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo); (ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 (sia costituito che costituendo); (iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- b) con riferimento alla capacità economico-finanziaria di cui al ***punto 17.2 del Bando di gara***: (i) dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui al *Documento di partecipazione* relativamente al proprio fatturato; ii) dal Consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006.

Inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito per ogni lotto in misura maggioritaria in senso relativo.

3.4 Partecipazione a più Lotti

Il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, **pena l'esclusione** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti / Consorzi, in caso di partecipazione a più Lotti, di presentarsi, a **pena di esclusione**, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi Lotti, diversi ruoli (mandataria / mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

In tal caso, il concorrente dovrà: i) inserire al passo 1 denominato *"Forma di partecipazione"* il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del R.T.I./Consorzio (mandante-mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività svolte per un Lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare; ii) allegare nell'apposita sezione del Sistema denominata *"Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva"* una dichiarazione congiunta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente il R.T.I./Consorzio oppure tante dichiarazioni, rese sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e



sottoscritte ciascuna con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun impresa componente il R.T.I./Consorzio, contenente/i le informazioni di cui al punto i), per tutti i Lotti ai quali s'intende partecipare, specificando a quali di questi Lotti si riferisce la composizione presente nel documento di partecipazione generato dal Sistema.

Nell'ipotesi di partecipazione a più Lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

Si precisa inoltre che dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al **punto 17.2 del Bando di gara**, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere **la somma dei requisiti economici richiesti per la partecipazione ai Lotti per cui presenta offerta**, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Ad esempio: se un concorrente intende partecipare al Lotto 1, al Lotto 2, al Lotto 3 e al Lotto 4 il requisito del fatturato di cui al punto 17.2 sarà pari ad Euro seimilioniottocentotrentadue/00 = (6.832.000,00), IVA esclusa. Salvo il rispetto del limite previsto per il fatturato specifico per servizi di manutenzione su ecotomografi e/o sonde ecografiche.

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti (come sopra calcolati), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i Lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione del seguente ordine decrescente di importo: Lotto 2, Lotto 3, Lotto 1, Lotto 5, Lotto 8, Lotto 6, Lotto 4, e Lotto 7.

A ciascun Concorrente che ha presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più Lotti, potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 4 (quattro) Lotti. Dei quattro Lotti aggiudicabili massimo uno appartiene ai Lotti 1 e 2, massimo uno ai Lotti 3 e 4, massimo uno ai Lotti 5 e 6 e massimo uno ai Lotti 7 e 8.

Il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ai Lotti 1 e 2 potrà aggiudicarsi solo un Lotto in ragione del seguente ordine: Lotto 2 e Lotto 1.

Il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ai Lotti 3 e 4 potrà aggiudicarsi solo un Lotto in ragione del seguente ordine: Lotto 3 e Lotto 4.

Il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ai Lotti 5 e 6 potrà aggiudicarsi solo un Lotto in ragione del seguente ordine: Lotto 5 e Lotto 6.

Il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ai Lotti 7 e 8 potrà aggiudicarsi solo un Lotto in ragione del seguente ordine: Lotto 8 e Lotto 7.



Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a due o più Lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti Lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e sulla base dei seguenti criteri: Lotto 4 o Lotto 3, Lotto 1 o Lotto 2, Lotto 6 o Lotto 5, Lotto 7 o Lotto 8.

ESEMPIO 1

Si ipotizzi che un Concorrente sia risultato primo in graduatoria nei Lotti 1, 2 e 4. In riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo in merito al numero massimo di Lotti aggiudicabili a ciascun Concorrente, il Concorrente in oggetto si aggiudicherebbe esclusivamente i Lotti 2 e 4.

ESEMPIO 2

Si ipotizzi che un Concorrente sia risultato primo in graduatoria nei Lotti 2, 5 e 6. In riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo in merito al numero massimo di Lotti aggiudicabili a ciascun Concorrente, il Concorrente in oggetto si aggiudicherebbe esclusivamente i Lotti 2 e 5.

ESEMPIO 3

Si ipotizzi che un Concorrente sia risultato primo in graduatoria nei Lotti 1, 2, 5, 6, 7 e 8. In riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo in merito al numero massimo di Lotti aggiudicabili a ciascun Concorrente, il Concorrente in oggetto si aggiudicherebbe esclusivamente i Lotti 2, 5 e 8.

ESEMPIO 4

Si ipotizzi che un Concorrente sia risultato primo in graduatoria nei Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo in merito al numero massimo di Lotti aggiudicabili a ciascun Concorrente, il Concorrente in oggetto si aggiudicherebbe esclusivamente i Lotti 2, 3, 5 e 8.

ESEMPIO 5

Si ipotizzi che un Concorrente sia risultato primo in graduatoria nei Lotti 1, 4, 7 e 8. In riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo in merito al numero massimo di Lotti aggiudicabili a ciascun Concorrente, il Concorrente in oggetto si aggiudicherebbe esclusivamente i Lotti 1, 4 e 8.

Non troverà applicazione il limite sui Lotti aggiudicabili ad un medesimo Concorrente e sarà, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso Concorrente di un numero di Lotti superiore nell'ipotesi in cui detto Concorrente risulti il solo Concorrente ad aver presentato offerta - o comunque il solo nella graduatoria provvisoria anche per la successiva esclusione di altri concorrenti - per ulteriori Lotti rispetto ai 4 (quattro) Lotti complessivi allo stesso aggiudicati attraverso l'applicazione della regola sul limite di aggiudicazione dei Lotti dinanzi esposta.



Resta inteso che, in ogni caso, l'aggiudicazione di più Lotti al medesimo Concorrente è subordinata al possesso, da parte dello stesso, del requisito di fatturato di cui al punto 17.2 del Bando di gara con riferimento a ciascuno dei Lotti nei quali risulta primo in graduatoria. In caso contrario, ove non venisse riscontrato il possesso da parte del Concorrente del menzionato requisito di fatturato nella misura sopra indicata, al Concorrente verranno aggiudicati unicamente i Lotti, tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria, per cui il menzionato requisito (di cui al punto 17.2 del Bando di gara) risulti soddisfatto, seguendo l'ordine di rilevanza economica precedentemente indicato.

3.5 Avalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito economico-finanziario, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, ed in conformità all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre in offerta **a pena di esclusione** la specifica documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.4.1.5.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

1. non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, **pena l'esclusione** di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

4. OFFERTA

4.1 Il Sistema

Il Sistema è costituito da una piattaforma informatica ed un software applicativo nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 163/2006 (in particolare art. 77, commi 5 e 6 e Allegato XII), e dal D.Lgs. n. 82/2005.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta



l'offerta, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 4 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Consip tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, **fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara**. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel successivo paragrafo 11 del presente Disciplinare di gara.

4.1.1 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Consip S.p.A., la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della



procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dai soggetti registrati ed inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di gara.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

4.2 La registrazione al Sistema

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 8, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione



dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

4.3 Presentazione dell'offerta

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti **a pena di esclusione** con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **16:00:00** del giorno **11/12/2015**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 4.1.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare:

1. *Documentazione amministrativa*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 4.4.1,
2. *Offerta tecnica*, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 4.4.2,
3. *Offerta economica*, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 4.4.3.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di **"conferma ed invio"** dell'offerta medesima.

L'offerta è composta da: A – *Documentazione amministrativa*, B – *Offerta tecnica* e C – *Offerta economica*.

Il Sistema utilizzato dalla Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta.

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla



presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta, in ogni caso, avviene solo con la funzionalità **"conferma e invio"**.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla; un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, **a pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione** dalla procedura.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'offerta, che il Sistema può rinominare i *files* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica, dettata da vincoli tecnici, riguarda unicamente il nome del *file* e non, beninteso, il suo contenuto che resta, in ogni caso, inalterato.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

4.3.1 Modalità tecniche di partecipazione in caso di gara a più Lotti

In caso di partecipazione di un medesimo concorrente a più Lotti, l'offerta del concorrente è presentata in un processo unico, con:

- un'unica **Documentazione amministrativa**,
- tante singole **Offerte tecniche**, quanti sono i Lotti ai quali si partecipa,
- tante singole **Offerte economiche**, quanti sono i Lotti ai quali si partecipa.



4.3.2 Modalità tecniche di partecipazione in caso di R.T.I. o Consorzio

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (RTI/Consorzi/GEIE sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il RTI/Consorzio/GEIE.

Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti in R.T.I./Consorzio, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'offerta.

4.3.3 Area comunicazioni

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 *quinquies*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Ai medesimi fini, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 ogni impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip lo riterrà opportuno, Consip invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo fax, presso i recapiti indicati dal concorrente al momento di presentazione dell'offerta.

4.4 Contenuto dell'offerta

4.4.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso il Sistema la seguente "Documentazione amministrativa":

1. Documento di partecipazione alla gara (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1);
2. Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione - già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2)
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3)

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

4. procura (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.4)
5. documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5)
6. atti relativi al R.T.I. o Consorzio (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6)
7. Allegato/i 1.

4.4.1.1 Documento di partecipazione



Il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione** dalla procedura, la Dichiarazione denominata *“Documento di partecipazione”*, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che verrà generata dal Sistema in formato .pdf a seguito della immissione di alcuni dati da parte del concorrente attraverso una sequenza procedurale guidata dal Sistema; tale dichiarazione contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione - in caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o Consorzi), verranno individuati i riferimenti degli altri operatori associati - la situazione personale rilevante ai fini della partecipazione (ivi includendo le attestazioni di cui al punto 17.1 lettere b) e c) del Bando di gara), nonché l'accettazione delle modalità della procedura.

La predetta dichiarazione dovrà essere, **a pena di esclusione** dalla procedura, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata *“Eventuali procure”*, come nel seguito meglio indicato).

In caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. o in Consorzio il *“Documento di partecipazione”* dovrà essere, **a pena di esclusione** dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata *“Eventuali procure”*, come nel seguito meglio indicato):

- i) da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel *“Documento di partecipazione”* le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 costituendi si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti.

Sempre nel medesimo *“Documento di partecipazione”* le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 costituiti o costituendi dovranno indicare la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio.

Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, si precisa che nel *“Documento di partecipazione”* il concorrente dovrà indicare (allegando la relativa documentazione) tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di



depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 *bis*, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Con riferimento al requisito di cui al punto 17.1, lettera c), del Bando di gara si precisa che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Si precisa, inoltre, che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione *ex art.* 38, comma 1, lettere b), c) e m)ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta al "*Documento di*



partecipazione” presentare nell’apposito spazio del Sistema denominato “*Documentazione amministrativa aggiuntiva*” tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare sottoscritte con firma digitale, quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o Consorzio);
- i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
- i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, ove presenti;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo;
- diversi dal soggetto che ha sottoscritto il “*Documento di partecipazione*”.

La produzione dell’**Allegato 1** da parte dei surrichiamati soggetti è prevista **a pena di esclusione** qualora il soggetto che sottoscrive il “*Documento di partecipazione*” renda le dichiarazioni in esso contenute esclusivamente nei propri confronti.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b), c) e mter) del D. Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre nell’apposito spazio del Sistema denominato “*Documentazione amministrativa aggiuntiva*”:

- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri



necessari per impegnare l'impresa concorrente e resa in conformità all'Allegato 10 *"Modello per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale"*, inerente il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nonché inerente l'essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal competente Tribunale e di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

oppure

dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente e resa in conformità all'Allegato 10 *"Modello per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale"*, di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del competente Tribunale nonché di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

Il concorrente, in conformità all'Allegato 10 *"Modello per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale"*, dovrà in entrambi i casi **a pena di esclusione** produrre sempre nell'apposito spazio del Sistema denominato *"Documentazione amministrativa aggiuntiva"*, i seguenti documenti:

i) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, firmata digitalmente dal professionista o in copia autentica ai sensi dell'art. 22 comma 2 del d. lgs. n. 82/2005;

ii) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente, con la quale il concorrente medesimo indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria-economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

iii) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale, con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria-economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Consip e verso le Amministrazioni Contraenti a mettere a disposizione, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di



Fornitura, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006;

iv) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura e a subentrare allo stesso in caso di fallimento;

oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo: dichiarazione sostitutiva - sottoscritta con firma digitale - attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 163/06 e di quant'altro stabilito dall'art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

4.4.1.2 Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione** dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 1.4 del presente Disciplinare.

Il contributo è dovuto per ciascun singolo Lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del Lotto stesso.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema:

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari



per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria.

4.4.1.3 Cauzione provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare a Consip – con le modalità definite dal successivo paragrafo 4.4.1.3.1 - una **cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 di importo pari a:

- euro 266.170,00 per il Lotto 1;
- euro 298.100,00 per il Lotto 2;
- euro 288.450,00 per il Lotto 3;
- euro 50.812,00 per il Lotto 4;
- euro 135.240,00 per il Lotto 5;
- euro 53.260,00 per il Lotto 6;
- euro 38.740,00 per il Lotto 7;
- euro 60.960,00 per il Lotto 8.

La cauzione dovrà avere validità per 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In caso di partecipazione a più Lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Consip S.p.A.;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d. lgs n. n. 58/1998. Si precisa in particolare che, stante anche l'adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 (i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d'Italia 288 del 3.4.2015) e nelle more della loro completa applicazione, la garanzia provvisoria potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il relativo versamento dovrà essere



effettuato sul conto corrente bancario Unicredit avente codice IBAN IT 40 D 02008 05365 000004887937 intestato alla Consip S.p.A.; (ii) dovrà essere presentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia autentica del titolo.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, **a pena di esclusione**: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Consip S.p.A..

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

- da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la Consip si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

In alternativa

-da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma.

Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la Consip provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento,
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande,
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio,
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei Consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, per ogni Lotto, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a **pena d'esclusione**, produrre, eventualmente anche all'interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare di gara, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Come sopra precisato, stante anche l'adozione delle disposizioni



attuative del D.Lgs. 141/2010 (i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d'Italia 288 del 3.4.2015) e nelle more della loro completa applicazione, nella presente gara la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno potranno essere rilasciate da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente aggiudicatario nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 75 D.Lgs. n. 163/2006 - anche in accordo con quanto previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 34 – nel caso in cui l'operatore economico non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel Bando di gara (ivi inclusa l'ipotesi di mancato possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo al concorrente non aggiudicatario) - e viene altresì escussa ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e di quanto previsto nel bando di gara in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre.

Si precisa inoltre che, a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La/e garanzia/e provvisoria/e verrà/verranno svincolata/e contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario relativamente al/ai singolo/i Lotto/i per cui si è proceduto alla stipula del contratto.

La cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno pervenire alla Consip S.p.A., **entro e non oltre il termine perentorio – di presentazione delle offerte, ovvero – delle ore 16:00:00 del giorno 11/12/2015, pena l'esclusione** dalla procedura.

4.4.1.3.1 Modalità di presentazione della Cauzione provvisoria

In espressa deroga a quanto previsto dal punto 4.3 con riferimento al formato dei documenti di offerta e alle modalità di invio per via telematica attraverso il Sistema, la cauzione provvisoria può essere inviata e fatta pervenire a Consip entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte:

a) in formato elettronico attraverso il Sistema



o, in alternativa,
b) in formato cartaceo,
il tutto con le modalità di seguito indicate.

Nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria, la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l'ulteriore documentazione di cui al paragrafo precedente dovranno essere contenute in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire alla **Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E, 00198 Roma**.

La busta dovrà riportare esternamente oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura:

“Gara per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1636 – Cauzione provvisoria: Lotto 1 e/o Lotto 2 e/o Lotto 3 e/o Lotto 4 e/o Lotto 5 e/o Lotto 6 e/o Lotto 7 e/o Lotto 8”.

La busta potrà essere inviata, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del concorrente - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, comunque entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte sopra indicato al paragrafo 4.3.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell'ora in cui la busta perverrà alla Consip S.p.A. faranno fede la data e l'ora indicate all'atto della protocollazione della busta da parte della Consip S.p.A..

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura ***“Gara la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1636 – Cauzione provvisoria : Lotto 1 e/o Lotto 2 e/o Lotto 3 e/o Lotto 4 e/o Lotto 5 e/o Lotto 6 e/o Lotto 7 e/o Lotto 8”***, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte dalla Commissione di gara, e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

Nel caso di invio in formato elettronico, la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema secondo una delle due modalità



seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; **ovvero, in alternativa:**
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

Nel caso di invio in formato elettronico, quanto sopra richiesto dovrà essere inviato e fatto pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria e documenti a corredo"*.

4.4.1.3.2 Modalità di invio della certificazione di qualità per ottenere il dimezzamento della cauzione

Inoltre, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione secondo quanto precedentemente indicato, il concorrente stesso dovrà produrre unitamente alla cauzione, la seguente documentazione in formato cartaceo o in formato elettronico così come di seguito specificato:

- in formato cartaceo:

- a) copia della certificazione di qualità con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;

ovvero

- b) dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.

- in formato elettronico attraverso il Sistema:

- a) copia informatica della certificazione di qualità in formato cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;



ovvero

- b) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza,

il tutto inviato attraverso il Sistema.

In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Nel caso di invio in formato cartaceo, la certificazione di qualità dovrà essere contenuta, se del caso unitamente alla cauzione provvisoria e all'impegno di cui al precedente comma, in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura:

"Gara la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1636 – Cauzione provvisoria - Certificazione di qualità: Lotto 1 e/o Lotto 2 e/o Lotto 3 e/o Lotto 4 e/o Lotto 5 e/o Lotto 6 e/o Lotto 7 e/o Lotto 8" ovvero, qualora la cauzione provvisoria venga prodotta attraverso il Sistema unicamente, ***Certificazione di qualità"***.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del concorrente - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, comunque entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte sopra indicato al paragrafo 4.3.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell'ora in cui la busta perverrà alla Consip S.p.A. faranno fede la data e l'ora indicate all'atto della protocollazione della busta da parte della Consip S.p.A..

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura ***"Gara la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1636 – Cauzione provvisoria - Certificazione di qualità: Lotto 1 e/o Lotto 2 e/o Lotto 3 e/o Lotto 4 e/o Lotto 5 e/o Lotto 6 e/o Lotto 7 e/o Lotto 8"*** ovvero, qualora la cauzione provvisoria venga prodotta attraverso il Sistema unicamente, ***Certificazione di qualità"***, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se



spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte dalla Commissione di gara, e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

Nel caso di invio della certificazione di qualità in formato elettronico, tale documento dovrà essere inviato e fatto pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale certificazione ai fini del dimezzamento della cauzione".

4.4.1.4 Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a Consip con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il Sistema.

Detta procura dovrà essere inviata e fatta pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure".

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

4.4.1.5 Documentazione relativa all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, nei limiti e secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 3.5 del presente Disciplinare di gara in conformità all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento" nell'ambito della *Documentazione amministrativa* le seguenti dichiarazioni rese in conformità al Modello di dichiarazione di avvalimento – Allegato 7 al Disciplinare di gara:

- a) **Dichiarazione di avvalimento del concorrente** sottoscritta – con firma digitale - dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) **Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria** sottoscritta – con firma digitale - dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante tra l'altro:
 - il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché il possesso del requisito economico e delle risorse oggetto di avvalimento. In particolare, le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e mter) del D. Lgs. n. 163/2006 devono essere rese con riferimento ai seguenti soggetti:
 - i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);



- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o Consorzio);
- i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.
- i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa che l'impresa ausiliaria dovrà indicare (allegando la relativa documentazione) tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza:

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, verso Consip S.p.A. e verso le Amministrazioni Contraenti, di messa a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.



L'Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante dichiarazioni, conformi alla dichiarazione allegata alla

Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria, quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o Consorzio);
- i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
- i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo;

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al precedente punto b).

La produzione della dichiarazione allegata alla **Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria** da parte dei surrichiamati soggetti dell'impresa ausiliaria è prevista **a pena di esclusione** qualora il soggetto che sottoscrive la Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e smi, l'impresa ausiliaria dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di



collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b), c) e mter) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente dovrà, altresì, produrre, sempre nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale documentazione relativa all'avvalimento*" e sempre a **pena di esclusione**:

- a) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura. Il predetto contratto dovrà, ai sensi dell'art. 88, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 207/2010, essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;
ovvero
- b) in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui all'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia) nonché in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente l'oggetto dell'avvalimento, con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

4.4.1.6. Atti relativi a R.T.I. e Consorzi

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, **a pena di esclusione** dalla procedura, inviare e far pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere



prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula secondo le modalità previste dal paragrafo 6.

In caso di partecipazione di Consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*", copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*" copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

4.4.2 Offerta tecnica

Con riferimento a **ciascun singolo Lotto** cui si intende partecipare, il concorrente deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema una *Offerta Tecnica* **a pena di esclusione** dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura:

- Invio attraverso l'inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'offerta richieste (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); tali indicazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata "Offerta tecnica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente.

Nella compilazione della scheda tecnica al concorrente verrà richiesto:

- una dichiarazione attestante che la fornitura delle apparecchiature, dei servizi connessi, dei dispositivi accessori e dei servizi opzionali oggetto della gara è rispondente alle caratteristiche/requisiti richiesti dalle normative vigenti ed è rispondente alle caratteristiche/requisiti minime/i di cui alla documentazione di gara;
- una dichiarazione di impegno a consegnare alle Pubbliche Amministrazioni, unitamente alle apparecchiature oggetto degli eventuali Ordinativi di Fornitura, anche gli originali o le copie autentiche dei certificati attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico;
- il codice identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, il dettaglio della Marca, modello, anno di introduzione in Italia della versione originale, anno di introduzione in Italia dell'ultima *release* relativa all'apparecchiatura offerta e il dettaglio della Marca e modello relativo ai dispositivi accessori offerti.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "*eventuale documentazione coperta da riservatezza*", una dichiarazione anch'essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..



L'Offerta Tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

L'Offerta Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*");
- in caso di R.T.I o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*") dell'impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*") di tutte le imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*") del Consorzio stesso.

Le predette regole e la predetta procedura trovano applicazione per ogni singolo Lotto cui si intende partecipare.

4.4.2.1 Documentazione tecnica a comprova

In espressa deroga a quanto previsto dal punto 4.3 con riferimento al formato dei documenti di offerta e alle modalità di invio per via telematica attraverso il Sistema, il concorrente, **a pena di esclusione**, deve produrre, **per ogni Lotto per il quale partecipa**, documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti o caratteristiche (nel seguito solo caratteristiche) tecniche (minime e/o migliorative) dei prodotti offerti, secondo le seguenti modalità.

Tale documentazione deve essere inserita in una **busta chiusa (una per ogni Lotto)**, sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, che dovrà riportare



esternamente oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: ***“Gara per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1636 – Documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte: Lotto 1 o Lotto 2 o Lotto 3 o Lotto 4 o Lotto 5 o Lotto 6 o Lotto 7 o Lotto 8”***.

Detta busta verrà mantenuta chiusa e sigillata e sarà aperta al momento della **“verifica”** di cui al successivo par. 5.5.

Comprova documentale obbligatoria

Nella suddetta busta il concorrente **dovrà a pena di esclusione dalla gara** inserire tutti i documenti atti a comprovare che i prodotti offerti possiedano le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte, definite come **“caratteristiche obbligatorie”** nell’Allegato 11 - Riferimenti documentali” al presente Disciplinare.

Comprova documentale facoltativa

Nella suddetta busta il concorrente **avrà la facoltà** di inserire i documenti atti a comprovare che i prodotti offerti possiedano le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte, definite come **“caratteristiche facoltative”** nell’Allegato 11 - Riferimenti documentali” al presente Disciplinare.

Si precisa che le “caratteristiche facoltative” che non verranno comprovate documentalmente saranno sottoposte a **“verifica tecnica”** da Consip S.p.A., secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 5.6 del Disciplinare di gara. **Sarà, quindi, cura ed onere del concorrente inserire nella busta sopra indicata la documentazione tecnica necessaria a comprovare le caratteristiche facoltative il cui possesso non è dimostrabile tramite la “verifica tecnica” di cui al paragrafo 5.6, pena l’esclusione** dalla gara e l’escussione della cauzione provvisoria.

All’interno della suddetta busta, il concorrente dovrà altresì inserire il documento, conforme al facsimile di cui all’Allegato 11 - Riferimenti documentali”, firmato o siglato in ogni sua pagina e sottoscritto nell’ultima pagina, contenente l’indicazione dei riferimenti alla documentazione allegata ovvero il riferimento (paragrafo e/o pagina) della documentazione presentata in cui è descritta la relativa caratteristica tecnica minima e migliorativa eventualmente offerta.

Sia per la **comprova obbligatoria** che per la **comprova facoltativa**, costituiscono idonei **“documenti a comprova” i seguenti:**

- **documentazione tecnica ufficiale** del produttore dell’apparecchiatura contenenti i dati di fabbrica (**quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali**);
- **manuali di servizio** necessari per la manutenzione delle apparecchiature, denominati anche **“manuali del service”**;



- **rapporti di prova di organismi riconosciuti**, dai quali si evincano il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche minime richieste nel Capitolato Tecnico e/o migliorative dichiarate in offerta tecnica.

I suddetti documenti devono essere prodotti in originale o in copia conforme, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri del produttore (con allegata copia del documento di identità).

Si sottolinea che non sono considerati "documenti a comprova" idonei *brochure, depliant, materiale commerciale/pubblicitario o documentazione meramente illustrativa*. La produzione di tale tipo di documenti comporterà la mancata comprova delle caratteristiche tecniche e quindi per le caratteristiche tecniche "obbligatorie" l'esclusione dalla gara, mentre per quelle "facoltative" l'esecuzione della verifica di cui al successivo par. 5.6.

Non deve essere presentata documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche migliorative relative all'"*Impegno a garantire la Copertura territoriale della rete di assistenza*".

Tutta la documentazione contenuta nella detta busta dovrà essere redatta in lingua italiana. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, si rinvia a quanto prescritto dal paragrafo 1.3.

La busta dovrà essere consegnata presso la Consip S.p.A. **in Roma, via Isonzo 19/E, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte sopra indicato al paragrafo 4.3 pena l'irricevibilità della busta e dell'intera offerta.**

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del concorrente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposta ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - comunque entro e non oltre il suddetto termine.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell'ora in cui la busta perverrà alla Consip S.p.A. faranno fede la data e l'ora indicate all'atto della protocollazione della busta da parte della Consip S.p.A..

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura ***"Gara per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1636 – Documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte: Lotto 1 o Lotto 2 o Lotto 3 o Lotto 4 o Lotto 5 o Lotto 6 o Lotto 7 o Lotto 8"***, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la documentazione anzidetta.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se



spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Tali buste non verranno aperte ed unitamente alle relative offerte verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

Le predette regole e la predetta procedura trovano applicazione per ogni singolo Lotto cui si intende partecipare.

4.1.1 Offerta economica

Con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, **a pena di esclusione**, una *Offerta economica* secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente.

Ciascun prezzo unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.

Con riferimento all'*Offerta economica* nella stessa il concorrente dovrà, tra l'altro:

- esprimere i costi relativi alla sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006;
- manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima.

L'Offerta Economica relativa a ciascun singolo Lotto cui si partecipa, dovrà essere, **pena l'esclusione** dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*");
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*") dell'impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente



- procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure") di tutte le Imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure") del Consorzio stesso.

Nell'*Offerta economica* tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,35=).

Le predette regole e la predetta procedura trovano applicazione per ogni singolo Lotto cui si intende partecipare.

5. AGGIUDICAZIONE

5.1 Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione

Ciascun singolo Lotto della presente procedura verrà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

Criterio	Punteggio massimo
<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	60
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	40
<i>Totale</i>	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (***Ptotale***) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "***Punteggio Tecnico***" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "***Punteggio Economico***" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

5.1.1 Punteggio tecnico

Con riferimento al criterio "***Punteggio Tecnico***", le offerte saranno valutate sulla base delle offerte tecniche secondo la seguente formula:



$$PT = \sum pt_i$$

laddove deve intendersi:

- **PT:** Punteggio Tecnico dell'offerta in esame;
- **pti:** Punteggio tecnico attribuito alle singole caratteristiche tecniche migliorative.

Le tabelle sottostanti indicano i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.

Lotto 1 – Ecotomografi multidisciplinari fascia alta

Caratteristiche migliorative V_i	Punteggio max P_i	
V1 - Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)	P1=	1,5
V2 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente	P2=	1,5
V3 - Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"	P3=	3
V4 - Monitor con tecnologia LED	P4=	1,5
V5 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto	P5=	3
V6 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda	P6=	2
V7 - Connettori pinless	P7=	2
V8 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione	P8=	2
V9 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata	P9=	2
V10 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore	P10=	1
V11 - Profondità di scansione ≥ 30 cm	P11=	2,5
V12 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore	P12=	1
V13 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	P13=	1
V14 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	P14=	2
V15 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso sia inversione di fase che di frequenza	P15=	1,5
V16 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	P16=	1
V17 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa	P17=	2
V18 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step	P18=	1
V19 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step	P19=	1
V20 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)	P20=	2,5



Caratteristiche migliorative V_i	Punteggio max P_i	
V21 - Numero di sonde gestite dal modulo CEUS	P21=	2,5
V22 - Modulo CEUS con sistema di compensazione degli artefatti derivanti dagli atti respiratori	P22=	2
V23 - Numero di sonde gestite con metodica SHEAR WAVE	P23=	1,5
V24 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	P24=	1
V25 - Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV, $\geq 150^\circ$	P25=	1
Dispositivi opzionali		
V26 - Modulo SW per la visualizzazione virtuale e navigazione in tempo reale dell'ago e del suo percorso sull'immagine ecografica e/o sulla seconda modalità diagnostica	P26=	2
V27 - Numero di sonde gestite dalla modalità di fusion imaging	P27=	2
V28 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3\A4 di immagini singola o multiple	P28=	2
V29 - Frequenza minima per l'utilizzo del Color Doppler su sonda lineare low frequency	P29=	1,5
V30 - Frequenza massima per l'utilizzo del B-Mode su sonda lineare high frequency	P30=	1,5
Servizio		
V31 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza	P31=	8

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto 1:

V1 - Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)

Se V1 = Sì, $P=P1$;

Se V1 = No; $P=0$

V2 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente

Se V2 = Sì, $P=P2$;

Se V2 = No; $P=0$

V3 - Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"

Se V3 = Sì, $P=P3$;

Se V3 = No; $P=0$

V4 - Monitor con tecnologia LED

Se V4 = Sì, $P=P4$;

Se V4 = No; $P=0$

V5 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto

$P = (V5 - V5min) / (V5max - V5min) * P5$

- $V5max$ = Massimo valore dichiarato dai concorrenti



- V5min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V6 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda

Se V6 = Sì, P=P6;

Se V6 = No; P=0

V7 - Connettori pinless

Se V7 = Sì, P=P7;

Se V7 = No; P=0

V8 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione

Se V8 = Sì, P=P8;

Se V8 = No; P=0

V9 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata

Se V9 = Sì, P=P9;

Se V9 = No; P=0

V10 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore

Se V10 = Sì, P=P10;

Se V10 = No; P=0

V11 - Profondità di scansione ≥ 30 cm

Per $30 \leq V11 < 40$:

$$P = [(V11 - 30) / 10] * P11$$

Per $V11 \geq 40$:

$$P = P11$$

(V11 espresso in cm)

V12 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore

Per $90 \leq V12 < 180$:

$$P = [(V12 - 90)/90] * P12$$

Per $V12 \geq 180$:

$$P = P12$$

(V12 espresso in dB)

V13 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore

$$P = (V13 - V13min) / (V13max - V13min) * P13$$

- V13max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V13min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti



V14 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte

Se V14 = Sì, P=P14;

Se V14= No; P=0

V15 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso sia inversione di fase che di frequenza

Se V15 = Sì, P=P15;

Se V15 = No; P=0

V16 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni

$P = (V16 - V16min) / (V16max - V16min) * P16$

- V16max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V16min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V17 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa

Se V17 = Sì, P=P17;

Se V17 = No; P=0

V18 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step

Se V18 = Sì, P=P18;

Se V18 = No; P=0

V19 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step

Se V19 = Sì, P=P19;

Se V19 = No; P=0

V20 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)

Se V20 = Sì, P=P20;

Se V20 = No; P=0

V21 - Numero di sonde gestite dal modulo CEUS

$P = (V21 - V21min) / (V21max - V21min) * P21$

- V21max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V21min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V22 - Modulo CEUS con sistema di compensazione degli artefatti derivanti dagli atti respiratori

Se V22 = Sì, P=P22;

Se V22 = No; P=0

V23 - Numero di sonde gestite con metodica SHEAR WAVE



$P = (V23 - V23min) / (V23max - V23min) * P23$

- V23max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V23min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V24 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali

$P = (V24 - V24min) / (V24max - V24min) * P24$

- V24max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V24min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V25 - Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV, $\geq 150^\circ$

Per $150 \leq V25 < 200$:

$P = [(V25 - 150) / 50] * P25$

Per $V25 \geq 200$:

$P = P25$

(V25 espresso in gradi)

V26 - Modulo SW per la visualizzazione virtuale e navigazione in tempo reale dell'ago e del suo percorso sull'immagine ecografica e/o sulla seconda modalità diagnostica

Se V26 = Sì, $P = P26$;

Se V26 = No; $P = 0$

V27 - Numero di sonde gestite dalla modalità di fusion imaging

$P = (V27 - V27min) / (V27max - V27min) * P27$

- V27max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V27min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V28 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3/A4 di immagini singola o multiple

Se V28 = Sì, $P = P28$;

Se V28 = No; $P = 0$

V29 - Frequenza minima per l'utilizzo del Color Doppler su sonda lineare low frequency

$P = (V29max - V29) / (V29max - V29min) * P29$

- V29max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V29min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V30 - Frequenza massima per l'utilizzo del B-Mode su sonda lineare high frequency

$P = (V30 - V30min) / (V30max - V30min) * P30$

- V30max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V30min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V31 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza



AREA (i)		Vmax _i	P31max _i
Area 1	Sardegna	2	0,5
Area 2	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana	5	1,0
Area 3	Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia	5	1,5
Area 4	Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna	6	1,5
Area 5	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria	5	1,5
TOTALE =		23	6,0

$$P31 = \sum_{i=1}^5 P31max_i \times \left(1 - \left(1 - \frac{V31_i}{Vmax_i}\right)^2\right)$$

Se $V31_i > Vmax_i$

$P_i = P31max_i$

dove:

P31max_i = Punteggio massimo attribuibile relativamente all'impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza per l'area i-esima;

Vmax_i = Numero massimo di Province dell'area i-esima coperte da almeno un Centro di assistenza valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio P31;

V31_i = Numero di Province dell'area i-esima che il concorrente si impegna a coprire con almeno un Centro di assistenza.

Lotto 2 – Ecotomografi multidisciplinari fascia media

Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo	P1=	1,5
V2 – Consolle/pannello operativo	P2=	2,5
V2a - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori		
V2b - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori di dimensioni ≥ 8,5"	P3=	1,5
V3 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente	P4=	3
V4 - Monitor > 17"	P5=	1,5
V5 - Monitor con tecnologia LED	P6=	3
V6 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto	P7=	3
V7 - Quattro porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)	P8=	1,5
V8 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda	P9=	1,5
V9 - Connettori pinless		

Classificazione del documento: Consip Public

48 di 115

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Disciplinare di gara



Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V10 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione	P10=	2
V11 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata	P11=	2
V12 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore	P12=	1
V13 - Profondità di scansione ≥ 30 cm	P13=	2,5
V14 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore	P14=	1
V15 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	P15=	1
V16 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	P16=	2
V17 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso sia inversione di fase che di frequenza	P17=	1,5
V18 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	P18=	1
V19 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa	P19=	2
V20 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step	P20=	1
V21 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex	P21=	1,5
V22 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex impostabile a più step	P22=	1
V23 - Funzione per la ricostruzione panoramica di strutture anatomiche ed aree estese (superiori al campo di vista massimo delle sonde), con possibilità di effettuare misurazioni sulle immagini ricostruite	P23=	1,5
V24 - Numero di sonde gestite con metodica STRAIN	P24=	1,5
V25 - Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist e query/retrieve	P25=	1
V26 - Trasmissione wireless	P26=	2
V27 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	P27=	1,5
V28 - Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV, ≥ 145°	P28=	1
Dispositivi opzionali		
V29 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3/A4 di immagine singola o multiple	P29=	2
V30 - Frequenza minima per l'utilizzo del Color Doppler su sonda lineare low frequency	P30=	1,5
V31 - Frequenza massima per l'utilizzo del B-Mode su sonda lineare high frequency	P31=	1,5
Servizio		
V32 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza	P32=	8

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto 2:

V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo

Se V1 = Sì, P=P1;

Se V1 = No; P=0

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Disciplinare di gara

**V2 – Consolle/pannello operativo**

V2a - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori

V2b - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori di dimensioni $\geq 8,5''$

Se V2 = V2a, P=1,5;

Se V2 = V2b, P=P2;

Se V2 = No; P=0

V3 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente

Se V3 = Sì, P=P3;

Se V3 = No; P=0

V4 - Monitor > 17"

Se V4 = Sì, P=P4;

Se V4 = No; P=0

V5 - Monitor con tecnologia LED

Se V5 = Sì, P=P5;

Se V5 = No; P=0

V6 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto

$P = (V6 - V6min) / (V6max - V6min) * P6$

- V6max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V6min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V7 - Quattro porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)

Se V7 = Sì, P=P7;

Se V7 = No; P=0

V8 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda

Se V8 = Sì, P=P8;

Se V8 = No; P=0

V9 - Connettori pinless

Se V9 = Sì, P=P9;

Se V9 = No; P=0

V10 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione

Se V10 = Sì, P=P10;

Se V10 = No; P=0



V11 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata

Se V11 = Sì, P=P11;

Se V11 = No; P=0

V12 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore

Se V12 = Sì, P=P12;

Se V12 = No; P=0

V13 - Profondità di scansione ≥ 30 cm

Per $30 \leq V13 < 40$:

$$P = [(V13 - 30) / 10] * P13$$

Per $V13 \geq 40$:

P=P13

(V13 espresso in cm)

V14 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore

Per $90 \leq V14 < 180$:

$$P = [(V14 - 90) / 90] * P14$$

Per $V14 \geq 180$:

P=P14

(V14 espresso in dB)

V15 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore

$$P = (V15 - V15min) / (V15max - V15min) * P15$$

- V15max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V15min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V16 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte

Se V16 = Sì, P=P16;

Se V16 = No; P=0

V17 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso sia inversione di fase che di frequenza

Se V17 = Sì, P=P17;

Se V17 = No; P=0

V18 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni

$$P = (V18 - V18min) / (V18max - V18min) * P18$$



- V18max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V18min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V19 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa

Se V19 = Sì, P=P19;

Se V19 = No; P=0

V20 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step

Se V20 = Sì, P=P20;

Se V20 = No; P=0

V21 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex

Se V21 = Sì, P=P21;

Se V21 = No; P=0

V22 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex impostabile a più step

Se V22 = Sì, P=P22;

Se V22 = No; P=0

V23 - Funzione per la ricostruzione panoramica di strutture anatomiche ed aree estese (superiori al campo di vista massimo delle sonde), con possibilità di effettuare misurazioni sulle immagini ricostruite

Se V23 = Sì, P=P23;

Se V23 = No; P=0

V24 - Numero di sonde gestite con metodica STRAIN

$P = (V24 - V24min) / (V24max - V24min) * P24$

- V24max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V24min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V25 - Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist e query/retrieve

Se V25 = Sì, P=P25;

Se V25 = No; P=0

V26 - Trasmissione wireless

Se V26 = Sì, P=P26;

Se V26 = No; P=0

V27 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali

$P = (V27 - V27min) / (V27max - V27min) * P27$

- V27max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V27min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti



V28 - Campo di vista su sonda endocavitaria “end-fire”, senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV, $\geq 145^\circ$

Per $145 \leq V28 < 200$:

$$P = [(V28 - 145) / 55] * P28$$

Per $V28 \geq 200$:

$$P = P28$$

(V28 espresso in gradi)

V29 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3\A4 di immagine singola o multiple

Se V29 = Si, $P = P29$;

Se V29 = No; $P = 0$

V30 - Frequenza minima per l'utilizzo del Color Doppler su sonda lineare low frequency

$$P = (V30_{max} - V30) / (V30_{max} - V30_{min}) * P30$$

- $V30_{max}$ = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- $V30_{min}$ = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V31 - Frequenza massima per l'utilizzo del B-Mode su sonda lineare high frequency

$$P = (V31 - V31_{min}) / (V31_{max} - V31_{min}) * P31$$

- $V31_{max}$ = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- $V31_{min}$ = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V32 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza

AREA (i)		V_{max_i}	$P32_{max_i}$
Area 1	Sardegna	2	0,5
Area 2	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana	5	1,0
Area 3	Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia	5	1,5
Area 4	Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna	6	1,5
Area 5	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria	5	1,5
TOTALE =		23	6,0

$$P32 = \sum_{i=1}^5 P32_{max_i} \times \left(1 - \left(1 - \frac{V32_i}{V_{max_i}} \right)^2 \right)$$

Se $V32_i > V_{max_i}$

$$P_i = P32_{max_i}$$



dove:

P32_{max_i} = Punteggio massimo attribuibile relativamente all'impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza per l'area i-esima;

V_{max_i} = Numero massimo di Province dell'area i-esima coperte da almeno un Centro di assistenza valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio P32;

V32_i = Numero di Province dell'area i-esima che il concorrente si impegna a coprire con almeno un Centro di assistenza.

Lotto 3 – Ecotomografi cardiologici fascia alta

Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo	P1=	1
V2 – Consolle/pannello operativo V2a - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori V2b - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori di dimensioni ≥ 8,5"	P2=	2,5
V3 - Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)	P3=	2,5
V4 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente	P4=	0,5
V5 - Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"	P5=	2
V6 - Monitor con tecnologia LED	P6=	1,5
V7 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto	P7=	2,5
V8 - Quattro porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)	P8=	2
V9 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda	P9=	1
V10 - Connettori pinless	P10=	1
V11 - Triplex mode su tutte le sonde offerte	P11=	2
V12 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione	P12=	1
V13 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata	P13=	1,5
V14 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore	P14=	1
V15 - Profondità di scansione ≥ 28 cm	P15=	1,5
V16 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore	P16=	0,5
V17 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	P17=	0,5
V18 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	P18=	1,5
V19 - Imaging armonico tissutale senza riduzione del frame rate in applicazione cardio	P19=	1,5
V20 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza	P20=	1



Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V21 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	P21=	0,5
V22 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa	P22=	1,5
V23 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step	P23=	0,5
V24 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step	P24=	0,5
V25 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)	P25=	1,5
V26 - Stress Eco integrato, con acquisizione continua 3D e immagine quadrupla	P26=	1,5
V27 - M-Mode anatomica (correzione dell'angolo di vista) in tempo reale e offline	P27=	2
V28 - Studio cinesi cardiaca in 3D con valutazione del "global strain" (torsione del cuore), senza l'utilizzo di Doppler Tissutale (TDI)	P28=	2
V29 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3/A4 di immagine singola o multiple	P29=	1
V30 - Frequenza minima per l'utilizzo del Color Doppler su sonda lineare low frequency	P30=	1
Dispositivi opzionali		
V31 - Modulo CEUS con sdoppiamento dell'immagine sullo schermo (Dual view) in real time di scansione tradizionale B-scan e di scansione a basso indice meccanico in mezzo di contrasto	P31=	1
V32 - Modulo CEUS con sistema di compensazione degli artefatti derivanti dagli atti respiratori	P32=	1
V33 - Numero di sonde gestite dal modulo CEUS	P33=	1,5
V34 - Sonda transesofagea 3D adulti (pazienti con peso maggiore di 30 kg) con range di frequenza da circa 3 a 5 MHz e con comandi di rotazione dell'array elettronici	P34=	4,5
V35 - Possibilità di fornire all'Amministrazione, su richiesta, la sonda transtoracica 3D pediatrica (pazienti con peso maggiore di 4 kg) con range di frequenza da almeno 3 a 6 MHz	P35=	3,5
Servizio		
V36 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza	P36=	8

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto 3:

V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo

Se V1 = Sì, P=P1;

Se V1 = No; P=0

V2 – Consolle/pannello operativo

V2a - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori

V2b - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori di dimensioni ≥ 8,5"

Se V2 = V2a, P=1,5;

Se V2 = V2b, P=P2;

Se V2 = No; P=0

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Disciplinare di gara



V3 - Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)

Se V3 = Sì, P=P3;

Se V3 = No; P=0

V4 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente

Se V4 = Sì, P=P4;

Se V4 = No; P=0

V5 - Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"

Se V5 = Sì, P=P5;

Se V5 = No; P=0

V6 - Monitor con tecnologia LED

Se V6 = Sì, P=P6;

Se V6 = No; P=0

V7 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto

$P = (V7 - V7min) / (V7max - V7min) * P7$

- V7max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V7min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V8 - Quattro porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)

Se V8 = Sì, P=P8;

Se V8 = No; P=0

V9 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda

Se V9 = Sì, P=P9;

Se V9 = No; P=0

V10 - Connettori pinless

Se V10 = Sì, P=P10;

Se V10 = No; P=0

V11 - Triplex mode su tutte le sonde offerte

Se V11 = Sì, P=P11;

Se V11 = No; P=0

V12 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione

Se V12 = Sì, P=P12;

Se V12 = No; P=0



V13 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata

Se V13 = Sì, $P=P13$;

Se V13 = No; $P=0$

V14 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore

Se V14 = Sì, $P=P14$;

Se V14 = No; $P=0$

V15 - Profondità di scansione ≥ 28 cm

Per $28 \leq V15 < 40$:

$$P = [(V15 - 28) / 12] * P15$$

Per $V15 \geq 40$:

$P=P15$

(V15 espresso in cm)

V16 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore

Per $90 \leq V16 < 180$:

$$P = [(V16 - 90) / 90] * P16$$

Per $V16 \geq 180$:

$P=P16$

(V16 espresso in dB)

V17 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore

$$P = (V17 - V17min) / (V17max - V17min) * P17$$

- V17max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V17min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V18 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte

Se V18 = Sì, $P=P18$;

Se V18 = No; $P=0$

V19 - Imaging armonico tissutale senza riduzione del frame rate in applicazione cardio

Se V19 = Sì, $P=P19$;

Se V19 = No; $P=0$

V20 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza

Se V20 = Sì, $P=P20$;

Se V20 = No; $P=0$



V21 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni

$P = (V21 - V21min) / (V21max - V21min) * P21$

- V21max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V21min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V22 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa

Se V22 = Sì, P=P22;

Se V22 = No; P=0

V23 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step

Se V23 = Sì, P=P23;

Se V23 = No; P=0

V24 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step

Se V24 = Sì, P=P24;

Se V24 = No; P=0

V25 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)

Se V25 = Sì, P=P25;

Se V25 = No; P=0

V26 - Stress Eco integrato, con acquisizione continua 3D e immagine quadrupla

Se V26 = Sì, P=P26;

Se V26 = No; P=0

V27 - M-Mode anatomica (correzione dell'angolo di vista) in tempo reale e offline

Se V27 = Sì, P=P27;

Se V27 = No; P=0

V28 - Studio cinesi cardiaca in 3D con valutazione del "global strain" (torsione del cuore), senza l'utilizzo di Doppler Tissutale (TDI)

Se V28 = Sì, P=P28;

Se V28 = No; P=0

V29 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3\A4 di immagine singola o multiple

Se V29 = Sì, P=P29;

Se V29 = No; P=0

V30 - Frequenza minima per l'utilizzo del Color Doppler su sonda lineare low frequency

$P = (V30max - V30) / (V30max - V30min) * P30$



- V30max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V30min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V31 - Modulo CEUS con sdoppiamento dell'immagine sullo schermo (Dual view) in real time di scansione tradizionale B-scan e di scansione a basso indice meccanico in mezzo di contrasto

Se V31 = Sì, P=P31;

Se V31 = No; P=0

V32 - Modulo CEUS con sistema di compensazione degli artefatti derivanti dagli atti respiratori

Se V32 = Sì, P=P32;

Se V32 = No; P=0

V33 - Numero di sonde gestite dal modulo CEUS

$P = (V33_{max} - V33) / (V33_{max} - V33_{min}) * P33$

- V33max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V33min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V34 - Sonda transesofagea 3D adulti (pazienti con peso maggiore di 30 kg) con range di frequenza da circa 3 a 5 MHz e con comandi di rotazione dell'array elettronici

Se V34 = Sì, P=P34;

Se V34 = No; P=0

V35 - Possibilità di fornire all'Amministrazione, su richiesta, la sonda transtoracica 3D pediatrica (pazienti con peso maggiore di 4 kg) con range di frequenza da almeno 3 a 6 MHz

Se V35 = Sì, P=P35;

Se V35 = No; P=0

V36 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza

AREA (i)		Vmax _i	P36max _i
Area 1	Sardegna	2	0,5
Area 2	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana	5	1,0
Area 3	Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia	5	1,5
Area 4	Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna	6	1,5
Area 5	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria	5	1,5
TOTALE =		23	6,0

$$P36 = \sum_{i=1}^5 P36_{max_i} \times \left(1 - \left(1 - \frac{V36_i}{V_{max_i}} \right)^2 \right)$$



Se $V36_i > Vmax_i$

$P_i = P36max_i$

dove:

P36max_i = Punteggio massimo attribuibile relativamente all'impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza per l'area i-esima;

Vmax_i = Numero massimo di Province dell'area i-esima coperte da almeno un Centro di assistenza valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio P36;

V36_i = Numero di Province dell'area i-esima che il concorrente si impegna a coprire con almeno un Centro di assistenza.

Lotto 4 – Ecotomografi cardiologici fascia media

Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo	P1=	1
V2 – Consolle/pannello operativo V2a - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori V2b - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori di dimensioni ≥ 8,5"	P2=	2,5
V3 - Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)	P3=	3
V4 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente	P4=	1
V5 - Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"	P5=	3
V6 - Monitor con tecnologia LED	P6=	1,5
V7 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto	P7=	3
V8 - Quattro porte attive selezionabili da consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)	P8=	2
V9 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda	P9=	1,5
V10 - Connettori pinless	P10=	1,5
V11 - Triplex mode su tutte le sonde offerte	P11=	0,5
V12 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione	P12=	2
V13 - Slow motion	P13=	1
V14 - Misure lineari o complesse su immagini congelate e/o da archivio e su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata	P14=	2
V15 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore	P15=	1
V16 - Profondità di scansione ≥ 28 cm	P16=	1,5
V17 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore	P17=	1
V18 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	P18=	1
V19 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	P19=	1,5
V20 - Imaging armonico tissutale senza riduzione del frame rate in applicazione cardio	P20=	1,5

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Disciplinare di gara



Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V21 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza	P21=	1
V22 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	P22=	1
V23 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa	P23=	2,5
V24 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step	P24=	0,75
V25 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step	P25=	0,75
V26 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)	P26=	1,5
V27 - M-Mode anatomica (correzione dell'angolo di vista) in tempo reale e offline	P27=	2
V28 - Studio cinesi cardiaca con valutazione del "global strain" (torsione del cuore), senza l'utilizzo di Doppler Tissutale (TDI)	P28=	2
V29 - Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist, query/retrieve e structured report	P29=	1,5
V30 - Trasmissione wireless	P30=	1,5
V31 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3\A4 di immagine singola o multiple	P31=	2
V32 - Frequenza minima per l'utilizzo del Color Doppler su sonda lineare low frequency	P32=	1,5
Dispositivi opzionali		
V33 - Possibilità di fornire all'Amministrazione, su richiesta, la sonda transesofagea 2D pediatrica (pazienti con peso maggiore di 4 kg) con range di frequenza da almeno 3 a 6 MHz	P33=	4
Servizi		
V34 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza	P33=	5

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto 4:

V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo

Se V1 = Sì, P=P1;

Se V1 = No; P=0

V2 – Consolle/pannello operativo

V2a - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori

V2b - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori di dimensioni ≥ 8,5"

Se V2 = V2a, P=1,5;

Se V2 = V2b, P=P2;

Se V2 = No; P=0

V3 - Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)

Se V3 = Sì, P=P3;

Se V3 = No; P=0

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Disciplinare di gara



V4 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente

Se V4 = Sì, P=P4;

Se V4 = No; P=0

V5 - Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"

Se V5 = Sì, P=P5;

Se V5 = No; P=0

V6 - Monitor con tecnologia LED

Se V6 = Sì, P=P6;

Se V6 = No; P=0

V7 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto

$P = (V7 - V7_{\min}) / (V7_{\max} - V7_{\min}) * P7$

- V7max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V7min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V8 - Quattro porte attive selezionabili da consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)

Se V8 = Sì, P=P8;

Se V8 = No; P=0

V9 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda

Se V11 = Sì, P=P11;

Se V11 = No; P=0

V10 - Connettori pinless

Se V10 = Sì, P=P10;

Se V10 = No; P=0

V11 - Triplex mode su tutte le sonde offerte

Se V11 = Sì, P=P11;

Se V11 = No; P=0

V12 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione

Se V12 = Sì, P=P12;

Se V12 = No; P=0

V13 - Slow motion

Se V13 = Sì, P=P13;

Se V13 = No; P=0



V14 - Misure lineari o complesse su immagini congelate e/o da archivio e su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata

Se V14 = Sì, P=P14;

Se V14 = No; P=0

V15 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore

Se V15 = Sì, P=P15;

Se V15 = No; P=0

V16 - Profondità di scansione ≥ 28 cm

Per $28 \leq V16 < 40$:

$$P = [(V16 - 28) / 12] * P16$$

Per $V16 \geq 40$:

P=P16

(V16 espresso in cm)

V17 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore

Per $90 \leq V17 < 180$:

$$P = [(V17 - 90) / 90] * P17$$

Per $V17 \geq 180$:

P=P17

(V17 espresso in dB)

V18 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore

$$P = (V18 - V18min) / (V18max - V18min) * P18$$

- V18max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V18min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V19 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte

Se V19 = Sì, P=P19;

Se V19 = No; P=0

V20 - Imaging armonico tissutale senza riduzione del frame rate in applicazione cardio

Se V20 = Sì, P=P20;

Se V20 = No; P=0

V21 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza

Se V21 = Sì, P=P21;

Se V21 = No; P=0



V22 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni

$P = (V22 - V22min) / (V22max - V22min) * P22$

- V22max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V22min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V23 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa

Se V23 = Sì, P=P23;

Se V23 = No; P=0

V24 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step

Se V24 = Sì, P=P24;

Se V24 = No; P=0

V25 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step

Se V25 = Sì, P=P25;

Se V25 = No; P=0

V26 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)

Se V26 = Sì, P=P26;

Se V26 = No; P=0

V27 - M-Mode anatomica (correzione dell'angolo di vista) in tempo reale e offline

Se V27 = Sì, P=P27;

Se V27 = No; P=0

V28 - Studio cinesio cardiaca con valutazione del "global strain" (torsione del cuore), senza l'utilizzo di Doppler Tissutale (TDI)

Se V28 = Sì, P=P28;

Se V28 = No; P=0

V29 - Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist, query/retrieve e structured report

Se V29 = Sì, P=P29;

Se V29 = No; P=0

V30 - Trasmissione wireless

Se V30 = Sì, P=P30;

Se V30 = No; P=0

V31 - Stampante HD di tipo medica a sublimazione su fogli A3/A4 di immagine singola o multiple



Se V31 = Sì, P=P31;

Se V31 = No; P=0

V32 - Frequenza minima per l'utilizzo del Color Doppler su sonda lineare low frequency

$P = (V32_{\max} - V32) / (V32_{\max} - V32_{\min}) * P32$

- V32max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V32min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V33 - Possibilità di fornire all'Amministrazione, su richiesta, la sonda transesofagea 2D pediatrica (pazienti con peso maggiore di 4 kg) con range di frequenza da almeno 3 a 6 MHz

Se V33 = Sì, P=P33;

Se V33 = No; P=0

V34 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza

AREA (i)		Vmax _i	P34max _i
Area 1	Sardegna	2	0,25
Area 2	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana	5	0,75
Area 3	Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia	5	1,0
Area 4	Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna	6	1,0
Area 5	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria	5	1,0
TOTALE =		23	4,0

$$P34 = \sum_{i=1}^5 P34_{\max_i} \times \left(1 - \left(1 - \frac{V34_i}{V_{\max_i}} \right)^2 \right)$$

Se V34_i > Vmax_i

P_i = P34max_i

dove:

P34max_i = Punteggio massimo attribuibile relativamente all'impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza per l'area i-esima;

Vmax_i = Numero massimo di Province dell'area i-esima coperte da almeno un centro di assistenza valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio P34;

V34_i = Numero di Province dell'area i-esima che il concorrente si impegna a coprire con almeno un Centro di assistenza.

Lotto 5 – Ecotomografi ginecologici fascia alta



Caratteristiche migliorative V_i	Punteggio max P_i	
V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo	P1=	1,5
V2 - Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)	P2=	2
V3 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente	P3=	1
V4 - Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"	P4=	3
V5 - Monitor con tecnologia LED	P5=	1,5
V6 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto	P6=	3
V7 - Quattro porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil)	P7=	2
V8 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda	P8=	2
V9 - Connettori pinless	P9=	1,5
V10 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione	P10=	2
V11 - Slow motion per il cardio fetale	P11=	1,5
V12 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata	P12=	1,5
V13 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore	P13=	1,5
V14 - Profondità di scansione ≥ 30 cm	P14=	2,5
V15 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore	P15=	1
V16 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	P16=	1,5
V17 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	P17=	2
V18 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza	P18=	1,5
V19 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	P19=	1
V20 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa	P20=	2
V21 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step	P21=	1
V22 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari, convex e volumetriche	P22=	2
V23 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step	P23=	1
V24 - Software Cardio STIC su sonde convex volumetriche e endocavitarie volumetriche	P24=	1,5
V25 - Rendering di tipo fetoscopico/fotorealistico	P25=	2
V26 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3/A4 di immagine singola o multiple	P26=	1,5
V27 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex ad alta risoluzione per esami addominali	P27=	1
V28 - Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV, $\geq 150^\circ$	P28=	1
Dispositivi opzionali		



Caratteristiche migliorative V_i	Punteggio max P_i	
V29 - Sonda lineare volumetrica con range di frequenza da almeno 5 a 12 MHz	P29=	3,5
V30 - Imaging tomografico 3D - Multiplano/Multislice - per lo studio della mammella per sonda lineare volumetrica	P30=	2
Servizio		
V31 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza	P31=	8

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto 5:

V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo

Se V1 = Sì, P=P1;

Se V1 = No; P=0

V2 - Tastiera su console operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)

Se V2 = Sì, P=P2;

Se V2 = No; P=0

V3 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente

Se V3 = Sì, P=P3;

Se V3 = No; P=0

V4 - Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"

Se V4 = Sì, P=P4;

Se V4 = No; P=0

V5 - Monitor con tecnologia LED

Se V5 = Sì, P=P5;

Se V5 = No; P=0

V6 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto

$$P = (V6 - V6min) / (V6max - V6min) * P6$$

- V6max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V6min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V7 - Quattro porte attive selezionabili dalla console per sonde imaging (no pencil)

Se V7 = Sì, P=P7;

Se V7 = No; P=0

V8 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda

Se V8 = Sì, P=P8;

Se V8 = No; P=0

**V9 - Connettori pinless**

Se V9 = Sì, P=P9;

Se V9 = No; P=0

V10 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione

Se V10 = Sì, P=P10;

Se V10 = No; P=0

V11 - Slow motion per il cardio fetale

Se V11 = Sì, P=P11;

Se V11 = No; P=0

V12 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata

Se V12 = Sì, P=P12;

Se V12 = No; P=0

V13 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore

Se V13 = Sì, P=P13;

Se V13 = No; P=0

V14 - Profondità di scansione ≥ 30 cm

Per $30 \leq V14 < 40$:

$$P = [(V14 - 30) / 10] * P14$$

Per $V14 \geq 40$:

$$P = P14$$

(V14 espresso in cm)

V15 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore

Per $90 \leq V15 < 180$:

$$P = [(V15 - 90) / 90] * P15$$

Per $V15 \geq 180$:

$$P = P15$$

(V15 espresso in dB)

V16 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore

$$P = (V16 - V16min) / (V16max - V16min) * P16$$

- V16max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V16min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti



V17 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte

Se V17 = Sì, P=P17;

Se V17 = No; P=0

V18 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza

Se V18 = Sì, P=P18;

Se V18 = No; P=0

V19 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni

$P = (V19 - V19min) / (V19max - V19min) * P19$

- V19max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V19min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V20 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa

Se V20 = Sì, P=P20;

Se V20 = No; P=0

V21 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step

Se V21 = Sì, P=P21;

Se V21 = No; P=0

V22 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari, convex e volumetriche

Se V22 = Sì, P=P22;

Se V22 = No; P=0

V23 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step

Se V23 = Sì, P=P23;

Se V23 = No; P=0

V24 - Software Cardio STIC su sonde convex volumetriche e endocavitarie volumetriche

Se V24 = Sì, P=P24;

Se V24 = No; P=0

V25 - Rendering di tipo fetoscopico/fotorealistico

Se V25 = Sì, P=P25;

Se V25 = No; P=0

V26 - Stampante HD di tipo medica a sublimazione su fogli A3/A4 di immagine singola o multiple

Se V26 = Sì, P=P26;



Se V26 = No; P=0

V27 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali

$P = (V27 - V27min) / (V27max - V27min) * P27$

- V27max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V27min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V28 - Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV, $\geq 150^\circ$

Per $150 \leq V28 < 200$:

$P = [(V28 - 150) / 50] * P28$

Per $V28 \geq 200$:

$P = P28$

(V28 espresso in gradi)

V29 - Sonda lineare volumetrica con range di frequenza da almeno 5 a 12 MHz

Se V29 = Sì, $P = P29$;

Se V29 = No; $P = 0$

V30 - Imaging tomografico 3D - Multiplano/Multislice - per lo studio della mammella per sonda lineare volumetrica

Se V30 = Sì, $P = P30$;

Se V30 = No; $P = 0$

V31 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza

AREA (i)		$Vmax_i$	$P31max_i$
Area 1	Sardegna	2	0,5
Area 2	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana	5	1,0
Area 3	Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia	5	1,5
Area 4	Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna	6	1,5
Area 5	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria	5	1,5
TOTALE =		23	6,0

$$P31 = \sum_{i=1}^5 P31max_i \times \left(1 - \left(1 - \frac{V31_i}{Vmax_i} \right)^2 \right)$$

Se $V31_i > Vmax_i$

$P_i = P31max_i$



dove:

P31_{maxi} = Punteggio massimo attribuibile relativamente all'impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza per l'area i-esima;

V_{maxi} = Numero massimo di Province dell'area i-esima coperte da almeno un centro di assistenza valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio P31;

V31_i = Numero di Province dell'area i-esima che il concorrente si impegna a coprire con almeno un Centro di assistenza.

Lotto 6 – Ecotomografi ginecologici fascia media

Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo	P1=	2
V2 – Consolle/pannello operativo V2a - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori V2b - Consolle/pannello operativo con touch screen a colori, di dimensioni non inferiori a 8,5"	P2=	2,5
V3 - Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)	P3=	2
V4 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente	P4=	1,5
V5 - Monitor > 17"	P5=	3
V6 - Monitor con tecnologia LED	P6=	1,5
V7 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto	P7=	3
V8 - Quattro porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil)	P8=	2
V9 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda	P9=	1,5
V10 - Connettori pinless	P10=	1,5
V11 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione	P11=	2
V12 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata	P12=	2
V13 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore	P13=	2
V14 - Profondità di scansione ≥ 30 cm	P14=	1,5
V15 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore	P15=	1
V16 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	P16=	1
V17 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	P17=	1,5
V18 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza	P18=	1,5
V19 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	P19=	1
V20 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa	P20=	2,5



Caratteristiche migliorative V_i	Punteggio max P_i	
V21 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step	P21=	2
V22 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex	P22=	2
V23 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step	P23=	1,5
V24 - Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist, query/retrieve e structured report	P24=	1,5
V25 - Trasmissione wireless	P25=	2
V26 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3\A4 di immagine singola o multiple	P26=	2,5
V27 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	P27=	2
V28 - Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV, $\geq 145^\circ$	P28=	2
Dispositivi opzionali		
V29 - Rendering di tipo fetoscopico/fotorealistico	P29=	3
Servizio		
V30 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza	P30=	5

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto 6:

V1 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo

Se V1 = Sì, $P=P1$;

Se V1 = No; $P=0$

V2 - Console/pannello operativo

V2a - Console/pannello operativo con touch screen a colori

V2b - Console/pannello operativo con touch screen a colori, di dimensioni non inferiori a 8,5"

Se V2 = V2a, $P=1,5$;

Se V2 = V2b, $P=P2$;

Se V2 = No; $P=0$

V3 - Tastiera su console operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali)

Se V3 = Sì, $P=P3$;

Se V3 = No; $P=0$

V4 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente

Se V4 = Sì, $P=P4$;

Se V4 = No; $P=0$

V5 - Monitor > 17"

Se V5 = Sì, $P=P5$;

Se V5 = No; $P=0$

**V6 - Monitor con tecnologia LED**

Se V6 = Sì, P=P6;

Se V6 = No; P=0

V7 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto

$P = (V7 - V7_{\min}) / (V7_{\max} - V7_{\min}) * P7$

- V7max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V7min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V8 - Quattro porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil)

Se V8 = Sì, P=P8;

Se V8 = No; P=0

V9 - Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda

Se V9 = Sì, P=P9;

Se V9 = No; P=0

V10 - Connettori pinless

Se V10 = Sì, P=P10;

Se V10 = No; P=0

V11 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione

Se V11 = Sì, P=P11;

Se V11 = No; P=0

V12 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata

Se V12 = Sì, P=P12;

Se V12 = No; P=0

V13 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore

Se V13 = Sì, P=P13;

Se V13 = No; P=0

V14 - Profondità di scansione ≥ 30 cm

Per $30 \leq V14 < 40$:

$P = [(V14 - 30) / 10] * P14$

Per $V14 \geq 40$:

P=P14

(V14 espresso in cm)



V15 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore

Per $90 \leq V15 < 180$:

$$P = [(V15 - 90) / 90] * P15$$

Per $V15 \geq 180$:

$$P = P15$$

(V15 espresso in dB)

V16 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore

$$P = (V16 - V16min) / (V16max - V16min) * P16$$

- V16max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V16min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V17 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte

Se V17 = Sì, $P = P17$;

Se V17 = No; $P = 0$

V18 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza

Se V18 = Sì, $P = P18$;

Se V18 = No; $P = 0$

V19 - Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni

$$P = (V19 - V19min) / (V19max - V19min) * P19$$

- V19max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V19min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V20 - SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa

Se V20 = Sì, $P = P20$;

Se V20 = No; $P = 0$

V21 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step

Se V21 = Sì, $P = P21$;

Se V21 = No; $P = 0$

V22 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex

Se V22 = Sì, $P = P22$;

Se V22 = No; $P = 0$

V23 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step



Se V23 = Sì, $P=P23$;

Se V23 = No; $P=0$

V24 - Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist, query/retrieve e structured report

Se V24 = Sì, $P=P24$;

Se V24 = No; $P=0$

V25 - Trasmissione wireless

Se V25 = Sì, $P=P25$;

Se V25 = No; $P=0$

V26 - Stampante HD di tipo medicale a sublimazione su fogli A3\A4 di immagine singola o multiple

Se V26 = Sì, $P=P26$;

Se V26 = No; $P=0$

V27 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali

$P = (V27 - V27min) / (V27max - V27min) * P27$

- $V27max$ = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- $V27min$ = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V28 - Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV, $\geq 145^\circ$

Per $145 \leq V28 < 200$:

$P = [(V28 - 145) / 55] * P28$

Per $V28 \geq 200$:

$P=P28$

(V28 espresso in gradi)

V29 - Rendering di tipo fetoscopico/fotorealistico

Se V29 = Sì, $P=P29$;

Se V29 = No; $P=0$

V30 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza

AREA (i)		$Vmax_i$	$P30max_i$
Area 1	Sardegna	2	0,25
Area 2	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana	5	0,75
Area 3	Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia	5	1,0
Area 4	Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna	6	1,0



AREA (i)		Vmax _i	P30max _i
Area 5	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria	5	1,0
TOTALE =		23	4,0

$$P30 = \sum_{i=1}^5 P30max_i \times \left(1 - \left(1 - \frac{V30_i}{Vmax_i}\right)^2\right)$$

Se $V30_i > Vmax_i$

$P_i = P30max_i$

dove:

P30max_i = Punteggio massimo attribuibile relativamente all'impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza per l'area i-esima;

Vmax_i = Numero massimo di Province dell'area i-esima coperte da almeno un centro di assistenza valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio P30;

V30_i = Numero di Province dell'area i-esima che il concorrente si impegna a coprire con almeno un Centro di assistenza.

Lotto 7 – Ecotomografi portatili fascia alta

Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V1 – Ulteriori tipologie di scansioni V1a - Scansioni transesofagee V1b - Scansioni transesofagee, intraoperatorie e laparoscopiche	P1=	2,5
V2 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo	P2=	1,5
V3 - Peso dell'ecografo comprensivo di batteria e al netto delle sonde minore di 12 kg	P3=	2
V4 - Capacità di supportare trasduttori con frequenza > 14MHz	P4=	2
V5 - Hard disk allo stato solido (integrato nel sistema)	P5=	1,5
V6 - Tempo di ricarica completa, con batterie scariche e con apparecchiatura spenta, minore di 4 ore	P6=	2
V7 - Visualizzazione livello di carica residua della batteria e segnale (acustico e/o visivo) di batteria scarica	P7=	1
V8 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente	P8=	2
V9 - Collegamento HDMI o DVI	P9=	1
V10 - Monitor da 15" e 16:9 o dimensioni superiori ai 15"	P10=	2
V11 - Monitor con tecnologia LED	P11=	1
V12 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto	P12=	2



Caratteristiche migliorative V_i	Punteggio max P_i	
V13 - Carrello di tipo medicale dedicato regolabile in altezza con tre porte attive universali per sonde imaging (no pencil), che preveda l'alimentazione elettrica per almeno tre periferiche	P13=	2,5
V14 - Due porte attive per sonde imaging (no pencil)	P14=	2
V15 - Connettori pinless o ZIF (Zero Insertion Force)	P15=	1,5
V16 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione	P16=	1,5
V17 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata	P17=	1
V18 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore	P18=	1,5
V19 - Profondità di scansione ≥ 30 cm	P19=	1
V20 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore	P20=	0,75
V21 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	P21=	0,75
V22 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	P22=	1,5
V23 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza	P23=	1
V24 - Masterizzatore CD/DVD integrato nell'ecografo	P24=	1
V25 - Numero porte USB dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	P25=	1
V26 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step	P26=	1,5
V27 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex	P27=	1,5
V28 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step	P28=	1,5
V29 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)	P29=	2
V30 - Modulo sonoelastografico, con immagine duale e simultanea. Applicazione dell'elasto in real time sull'intera immagine ecografica o su ROI modificabili dall'operatore. Attivabile su trasduttori lineari ed endocavitari. Metodica STRAIN, per comparazione qualitativa su sonde lineari ed endocavitarie.	P30=	2,5
V31 - Trasmissione wireless	P31=	2
V32 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	P32=	1,5
V33 - Campo di vista su sonda lineare ≥ 35 mm	P33=	1
Dispositivi opzionali		
V34 - Stress Eco integrato, con acquisizione continua e immagine quadrupla	P34=	1,5
V35 - Studio cinesi cardiaca con valutazione del "global strain" (torsione del cuore), senza l'utilizzo di Doppler Tissutale (TDI)	P35=	1,5
V36 - Modulo CEUS con sistema di compensazione degli artefatti derivanti dagli atti respiratori	P36=	1
Servizio		
V37 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza	P37=	5

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto 7:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Disciplinare di gara



V1 – Ulteriori tipologie di scansioni

V1a - Scansioni transesofagee

V1b - Scansioni transesofagee, intraoperatorie e laparoscopiche

Se V1 = V1a, $P=1,5$;

Se V1 = V1b, $P=P1$;

Se V1 = No; $P=0$

V2 - SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo

Se V2 = Sì, $P=P2$;

Se V2 = No; $P=0$

V3 - Peso dell'ecografo comprensivo di batteria e al netto delle sonde ≤ 12 kg

Per $5 < V3 \leq 12$:

$P = [(12 - V3) / 7] * P3$

Per $V3 \leq 5$:

$P=P3$

(V3 espresso in kg)

V4 - Capacità di supportare trasduttori con frequenza > 14 MHz

$P = (V4 - V4min) / (V4max - V4min) * P4$

- V4max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V4min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V5 - Hard disk allo stato solido (integrato nel sistema)

Se V5 = Sì, $P=P5$;

Se V5 = No; $P=0$

V6 - Tempo di ricarica completa, con batterie scariche e con apparecchiatura spenta, minore di 4 ore

$P = (V6 - V6min) / (V6max - V6min) * P6$

- V6max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V6min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V7 - Visualizzazione livello di carica residua della batteria e segnale (acustico e/o visivo) di batteria scarica

Se V7 = Sì, $P=P7$;

Se V7 = No; $P=0$

V8 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente

Se V8 = Sì, $P=P8$;

Se V8 = No; $P=0$

V9 - Collegamento HDMI o DVI



Se V9 = Sì, P=P9;

Se V9 = No; P=0

V10 - Monitor da 15" e 16:9 o dimensioni superiori ai 15"

Se V10 = Sì, P=P10;

Se V10 = No; P=0

V11 - Monitor con tecnologia LED

Se V11 = Sì, P=P11;

Se V11 = No; P=0

V12 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto

$P = (V12 - V12min) / (V12max - V12min) * P12$

- V12max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V12min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V13 - Carrello di tipo medicale dedicato regolabile in altezza con tre porte attive universali per sonde imaging (no pencil), che preveda l'alimentazione elettrica per almeno tre periferiche

Se V13 = Sì, P=P13;

Se V13 = No; P=0

V14 - Due porte attive per sonde imaging (no pencil)

Se V14 = Sì, P=P14;

Se V14 = No; P=0

V15 - Connettori pinless o ZIF (Zero Insertion Force)

Se V15 = Sì, P=P15;

Se V15 = No; P=0

V16 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione

Se V16 = Sì, P=P16;

Se V16 = No; P=0

V17 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata

Se V17 = Sì, P=P17;

Se V17 = No; P=0

V18 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore

Se V18 = Sì, P=P18;

Se V18 = No; P=0

V19 - Profondità di scansione ≥ 30 cm



Per $30 \leq V19 < 40$:

$$P = [(V19 - 30) / 10] * P19$$

Per $V19 \geq 40$:

$$P = P19$$

(V19 espresso in cm)

V20 - Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90 dB con valori impostabili dall'operatore

Per $90 \leq V20 < 180$:

$$P = [(V20 - 90) / 90] * P20$$

Per $V20 \geq 180$:

$$P = P20$$

(V20 espresso in dB)

V21 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore

$$P = (V21 - V21min) / (V21max - V21min) * P21$$

- V21max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V21min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V22 - Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte

Se V22 = Sì, $P = P22$;

Se V22 = No; $P = 0$

V23 - Ulteriori tecniche combinate di gestione dell'impulso, sia inversione di fase che di frequenza

Se V23 = Sì, $P = P23$;

Se V23 = No; $P = 0$

V24 - Masterizzatore CD/DVD integrato nell'ecografo

Se V24 = Sì, $P = P24$;

Se V24 = No; $P = 0$

V25 - Numero porte USB dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni

$$P = (V25 - V25min) / (V25max - V25min) * P25$$

- V25max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V25min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V26 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step

Se V26 = Sì, $P = P26$;

Se V26 = No; $P = 0$



V27 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex

Se V27 = Sì, P=P27;

Se V27 = No; P=0

V28 - Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step

Se V28 = Sì, P=P28;

Se V28 = No; P=0

V29 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)

Se V29 = Sì, P=P29;

Se V29 = No; P=0

V30 - Modulo sonoelastografico, con immagine duale e simultanea. Applicazione dell'elasto in real time sull'intera immagine ecografica o su ROI modificabili dall'operatore. Attivabile su trasduttori lineari ed endocavitari.

Metodica STRAIN, per comparazione qualitativa su sonde lineari ed endocavitarie.

Se V30 = Sì, P=P30;

Se V30 = No; P=0

V31 - Trasmissione wireless

Se V31 = Sì, P=P31;

Se V31 = No; P=0

V32 - Numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali

$P = (V32 - V32min) / (V32max - V32min) * P32$

- V32max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V32min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V33 - Campo di vista su sonda lineare ≥ 35 mm

Per $35 \leq V33 < 50$:

$P = [(V33 - 35) / 15] * P33$

Per $V33 \geq 50$:

P=P33

(V33 espresso in mm)

V34 - Stress Eco integrato, con acquisizione continua e immagine quadrupla

Se V34 = Sì, P=P34;

Se V34 = No; P=0

V35 - Studio cinesi cardiaca con valutazione del "global strain" (torsione del cuore), senza l'utilizzo di Doppler Tissutale (TDI)

Se V35 = Sì, P=P35;



Se V35 = No; P=0

V36 - Modulo CEUS con sistema di compensazione degli artefatti derivanti dagli atti respiratori

Se V36 = Sì, P=P36;

Se V36 = No; P=0

V37 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza

AREA (i)		Vmax _i	P37max _i
Area 1	Sardegna	2	0,25
Area 2	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana	5	0,75
Area 3	Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia	5	1,0
Area 4	Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna	6	1,0
Area 5	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria	5	1,0
TOTALE =		23	4,0

$$P37 = \sum_{i=1}^5 P37max_i \times \left(1 - \left(1 - \frac{V37_i}{Vmax_i}\right)^2\right)$$

Se V37_i > Vmax_i

P_i = P37max_i

dove:

P37max_i = Punteggio massimo attribuibile relativamente all'impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza per l'area i-esima;

Vmax_i = Numero massimo di Province dell'area i-esima coperte da almeno un centro di assistenza valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio P37;

V37_i = Numero di Province dell'area i-esima che il concorrente si impegna a coprire con almeno un Centro di assistenza.

Lotto 8 – Ecotomografi portatili fascia media

Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V1 - Peso dell'ecografo comprensivo di batteria e al netto delle sonde ≤ 6 kg	P1=	3
V2 - Hard disk allo stato solido	P2=	1,5
V3 - Hard disk (integrato nel sistema) per archivio immagini ≥ 120 GB	P3=	1,5
V4 - Tempo di ricarica completa, con batterie scariche e con apparecchiatura spenta, minore di 4 ore	P4=	2,5
V5 - Visualizzazione livello di carica residua della batteria e segnale (acustico e/o visivo) di batteria scarica	P5=	1,5

Classificazione del documento: Consip Public

82 di 115

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Disciplinare di gara



Caratteristiche migliorative V _i	Punteggio max P _i	
V6 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente	P6=	2
V7 - Monitor con tecnologia LED	P7=	2
V8 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto	P8=	2
V9 - Carrello di tipo medicale dedicato regolabile in altezza con tre porte attive universali per sonde imaging (no pencil), che preveda l'alimentazione elettrica per almeno tre periferiche	P9=	2
V10 - Masterizzatore CD/DVD sul carrello	P10=	2
V11 - Due porte attive per sonde imaging (no pencil)	P11=	1,5
V12 - Connettori pinless o ZIF (Zero Insertion Force)	P12=	1
V13 - Triplex mode su tutte le sonde	P13=	2
V14 - Doppia visualizzazione in tempo reale di immagine Bmode e immagine Color Doppler/Power Doppler	P14=	2,5
V15 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione	P15=	1
V16 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata	P16=	2
V17 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore	P17=	1,5
V18 - Profondità di scansione ≥ 30 cm	P18=	1,5
V19 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	P19=	0,5
V20 - Numero porte USB dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	P20=	1
V21 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti	P21=	1,5
V22 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex	P22=	2
V23 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)	P23=	2
V24 - Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist e query/retrieve	P24=	1,5
V25 - Trasmissione wireless	P25=	2
V26 - Campo di vista su sonda lineare ≥ 35 mm	P26=	2
Dispositivi opzionali		
V27 - Doppler Tissutale (TDI) con visualizzazione della velocità di movimento del muscolo cardiaco sia in scala colorimetrica che in modalità doppler spettrale	P27=	2,5
V28 - M-Mode anatomica (correzione dell'angolo di vista)	P28=	2
V29 - Possibilità di fornire all'Amministrazione, su richiesta, la sonda settoriale phased array, per applicazioni cardiache pediatriche con range di frequenza da almeno 3 a 7 MHz	P29=	2
Servizio		
V30 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza	P30=	8

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto 8:

V1 - Peso dell'ecografo comprensivo di batteria e al netto delle sonde minore di 8 kg

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Disciplinare di gara



Per $4 < V1 \leq 8$:

$$P = [(8 - V1) / 4] * P1$$

Per $V1 \leq 4$:

$$P = P1$$

(V1 espresso in kg)

V2 - Hard disk allo stato solido

Se V2 = Sì, $P = P2$;

Se V2 = No; $P = 0$

V3 - Hard disk (integrato nel sistema) per archivio immagini ≥ 120 GB

Per $120 \leq V3 < 500$:

$$P = [(V3 - 120) / 380] * P3$$

Per $V3 \geq 500$:

$$P = P3$$

(V3 espresso in GB)

V4 - Tempo di ricarica completa, con batterie scariche e con apparecchiatura spenta, minore di 4 ore

$$P = (V4_{\max} - V4) / (V4_{\max} - 4_{\min}) * P4$$

- $V4_{\max}$ = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- $V4_{\min}$ = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V5 - Visualizzazione livello di carica residua della batteria e segnale (acustico e/o visivo) di batteria scarica

Se V5 = Sì, $P = P5$;

Se V5 = No; $P = 0$

V6 - Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente

Se V6 = Sì, $P = P6$;

Se V6 = No; $P = 0$

V7 - Monitor con tecnologia LED

Se V7 = Sì, $P = P7$;

Se V7 = No; $P = 0$

V8 - Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto

$$P = (V8 - V8_{\min}) / (V8_{\max} - V8_{\min}) * P8$$

- $V8_{\max}$ = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- $V8_{\min}$ = Minimo valore dichiarato dai concorrenti



V9 - Carrello di tipo medicale dedicato regolabile in altezza con tre porte attive universali per sonde imaging (no pencil), che preveda l'alimentazione elettrica per almeno tre periferiche

Se V9 = Sì, P=P9;

Se V9 = No; P=0

V10 - Masterizzatore CD/DVD sul carrello

Se V10 = Sì, P=P10;

Se V10 = No; P=0

V11 - Due porte attive per sonde imaging (no pencil)

Se V11 = Sì, P=P11;

Se V11 = No; P=0

V12 - Connettori pinless o ZIF (Zero Insertion Force)

Se V12 = Sì, P=P12;

Se V12 = No; P=0

V13 - Triplex mode su tutte le sonde

Se V13 = Sì, P=P13;

Se V13 = No; P=0

V14 - Doppia visualizzazione in tempo reale di immagine Bmode e immagine Color Doppler/Power Doppler

Se V14 = Sì, P=P14;

Se V14 = No; P=0

V15 - Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione

Se V15 = Sì, P=P15;

Se V15 = No; P=0

V16 - Misure lineari o complesse su clip con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata

Se V16 = Sì, P=P16;

Se V16 = No; P=0

V17 - Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore

Se V17 = Sì, P=P17;

Se V17 = No; P=0

V18 - Profondità di scansione ≥ 30 cm

Per $30 \leq V18 < 40$:

$P = [(V18 - 30) / 10] * P18$

Per $V18 \geq 40$:



P=P18

(V18 espresso in cm)

V19 - Numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore

$P = (V19 - V19min) / (V19max - V19min) * P19$

- V19max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V19min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V20 - Numero porte USB dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni

$P = (V20 - V20min) / (V20max - V20min) * P20$

- V20max = Massimo valore dichiarato dai concorrenti
- V20min = Minimo valore dichiarato dai concorrenti

V21 - Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti

Se V21 = Sì, P=P21;

Se V21 = No; P=0

V22 - Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex

Se V22 = Sì, P=P22;

Se V22 = No; P=0

V23 - Software di misurazione automatica in tempo reale dell'intima vascolare (IMT)

Se V23 = Sì, P=P23;

Se V23 = No; P=0

V24 - Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist e query/retrieve

Se V24 = Sì, P=P24;

Se V24 = No; P=0

V25 - Trasmissione wireless

Se V25 = Sì, P=P25;

Se V25 = No; P=0

V26 - Campo di vista su sonda lineare ≥ 35 mm

Per $35 \leq V26 < 50$:

$P = [(V26 - 35) / 15] * P26$

Per $V26 \geq 50$:

P=P26

(V26 espresso in mm)



V27 - Doppler Tissutale (TDI) con visualizzazione della velocità di movimento del muscolo cardiaco sia in scala colorimetrica che in modalità doppler spettrale

Se V27 = Sì, P=P27;

Se V27 = No; P=0

V28 - M-Mode anatomica (correzione dell'angolo di vista)

Se V28 = Sì, P=P28;

Se V28 = No; P=0

V29 - Possibilità di fornire all'Amministrazione, su richiesta, la sonda settoriale phased array, per applicazioni cardiache pediatriche con range di frequenza da almeno 3 a 7 MHz

Se V29 = Sì, P=P29;

Se V29 = No; P=0

V30 - Impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza

AREA (i)		Vmax _i	P30max _i
Area 1	Sardegna	2	0,5
Area 2	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana	5	1,0
Area 3	Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia	5	1,5
Area 4	Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna	6	1,5
Area 5	Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria	5	1,5
TOTALE =		23	6,0

$$P30 = \sum_{i=1}^5 P30max_i \times \left(1 - \left(1 - \frac{V30_i}{Vmax_i}\right)^2\right)$$

Se V30_i > Vmax_i

P_i = P30max_i

dove:

P30max_i = Punteggio massimo attribuibile relativamente all'impegno a garantire la copertura territoriale della rete di assistenza per l'area i-esima;

Vmax_i = Numero massimo di Province dell'area i-esima coperte da almeno un centro di assistenza valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio P30;

V30_i = Numero di Province dell'area i-esima che il concorrente si impegna a coprire con almeno un Centro di assistenza.



Con riferimento a ogni singolo lotto, si evidenzia che le dimensioni del monitor e del touch screen (in pollici) fanno riferimento agli standard di formato universalmente riconosciuti; devono, pertanto, intendersi come orientative e non esatte.

Con riferimento ad ogni singolo Lotto, nell'attribuzione del singolo punteggio tecnico migliorativo, la Commissione procederà ad arrotondamento alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 2,2371 e 2,2374 sarà attribuito un punteggio pari a 2,237; per valori compresi tra 2,2375 e 2,238 sarà attribuito un punteggio pari a 2,238).

5.1.2 Punteggio economico

Per gli otto Lotti oggetto di gara, con riferimento al criterio del “**Punteggio economico**”, il relativo punteggio sarà attribuito, in ragione del prezzo offerto per l’ecotomografo e per i dispositivi accessori, secondo la seguente formula:

$$PE = 40 \cdot \left[1 - \left(\frac{P_o}{P_b} \right) \right]$$

laddove deve intendersi:

- per **PE** il punteggio attribuito in base al criterio economico
- **P_o** è il prezzo totale offerto ottenuto come sommatoria dei prezzi unitari offerti e moltiplicati per le quantità previste nelle Tabelle L_i di seguito riportate. Si tenga presente che tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali;
- **P_b** è il prezzo totale del Lotto posto a base d’asta, calcolato come somma del prezzo a base d’asta dell’ecotomografo in configurazione base e del prezzo a base d’asta dei dispositivi accessori, moltiplicati per le quantità previste nelle seguenti Tabelle L_i. Si tenga presente che le quantità relative ai dispositivi accessori sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali. Il P_b per gli otto Lotti oggetto di gara sono dettagliatamente indicati al successivo paragrafo 5.2.

Il calcolo sarà effettuato automaticamente dal Sistema arrotondando alla terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 18,2371 e 18,2374 sarà attribuito un PE pari a 18,237; per valori compresi tra 18,2375 e 18,238 sarà attribuito un PE pari a 18,238).

5.2 Base d’asta

Saranno esclusi dal singolo Lotto i concorrenti che offrano:

- a) **prezzi unitari**, da intendersi in ogni caso comprensivi della prestazione dei servizi connessi, **eccedenti gli importi unitari a base d’asta di seguito stabiliti per ciascun singolo Lotto;**
- b) **un importo complessivo offerto (P_{totaleofferto})** – calcolato moltiplicando i prezzi unitari offerti per le relative quantità stimate – **eccedente l’importo complessivo a base d’asta di seguito stabilito per ciascun singolo Lotto.**

Lotto 1 - Tabella per la valutazione delle offerte (L1):



LOTTO 1	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Ecotomografo multidisciplinare fascia alta	105	90.000,00	9.450.000,00
Fusion imaging	45	23.000,00	1.035.000,00
SW per applicazioni cardiologiche	40	9.000,00	360.000,00
Modulo HW/SW 3D/4D	75	6.000,00	450.000,00
Sonda lineare low frequency	30	6.500,00	195.000,00
Sonda lineare high frequency	60	8.000,00	480.000,00
Sonda settoriale phased array cardiache adulti	30	7.000,00	210.000,00
Sonda settoriale phased array cardiache pediatriche	15	7.500,00	112.500,00
Sonda microconvex	30	8.200,00	246.000,00
Sonda convex volumetrica	20	13.000,00	260.000,00
Sonda endocavitaria volumetrica	15	16.000,00	240.000,00
Sonda lineare volumetrica	20	10.000,00	200.000,00
Kit biopsia sonda lineare	10	1.000,00	10.000,00
Kit biopsia sonda convex	10	1.000,00	10.000,00
Kit biopsia sonda endocavitaria	10	1.000,00	10.000,00
Stampante termica di tipo medicale a colori	20	2.000,00	40.000,00
Base asta (Pb):			13.308.500,00

Lotto 2 - Tabella per la valutazione delle offerte (L2):

LOTTO 2	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Ecotomografo multidisciplinare fascia media	210	55.000,00	11.550.000,00
SW per applicazioni cardiologiche	80	10.600,00	848.000,00
Modulo avanzato integrato per la gestione del mezzo di contrasto (CEUS)	20	8.500,00	170.000,00
Sonda lineare low frequency	65	6.000,00	390.000,00
Sonda lineare high frequency	95	7.500,00	712.500,00
Sonda settoriale phased array cardiaca adulti	65	6.200,00	403.000,00
Sonda settoriale phased array cardiaca pediatrica	40	6.500,00	260.000,00
Sonda microconvex	55	7.300,00	401.500,00
Kit biopsia sonda lineare	30	1.000,00	30.000,00
Kit biopsia sonda convex	30	1.000,00	30.000,00
Kit biopsia sonda endocavitaria	30	1.000,00	30.000,00
Stampante termica di tipo medicale a colori	40	2.000,00	80.000,00
Base asta (Pb):			14.905.000,00



Lotto 3 - Tabella per la valutazione delle offerte (L3):

LOTTO 3	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Ecotomografo cardiologico fascia alta	105	105.000,00	11.025.000,00
Modulo avanzato integrato per la gestione del mezzo di contrasto (CEUS)	10	8.500,00	85.000,00
Sonda settoriale phased array cardiache pediatriche	55	6.750,00	371.250,00
Sonda settoriale phased array cardiache neonatale	15	6.750,00	101.250,00
Sonda convex	25	6.000,00	150.000,00
Sonda transesofagea 2D adulti	40	35.000,00	1.400.000,00
Sonda transesofagea 2D pediatrica	20	23.700,00	474.000,00
Sonda transtoracica 3D adulti	40	20.000,00	800.000,00
Stampante termica di tipo medicale b/n	20	800,00	16.000,00
Base asta (Pb):			14.422.500,00

Lotto 4 - Tabella per la valutazione delle offerte (L4):

LOTTO 4	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Ecotomografo cardiologico fascia media	35	61.000,00	2.135.000,00
Sonda settoriale phased array cardiache pediatriche	8	6.700,00	53.600,00
Sonda settoriale phased array cardiache neonatali	8	7.000,00	56.000,00
Sonda microconvex vascolare	8	6.700,00	53.600,00
Sonda transesofagea 2D adulti	8	29.500,00	236.000,00
Stampante termica di tipo medicale b/n	8	800,00	6.400,00
Base asta (Pb):			2.540.600,00

Lotto 5 - Tabella per la valutazione delle offerte (L5):

LOTTO 5	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Ecotomografo ginecologico fascia alta	70	82.500,00	5.775.000,00
Modulo Sonoelastografico	25	6.000,00	150.000,00
Modulo avanzato integrato per la gestione del mezzo di contrasto (CEUS)	10	6.000,00	60.000,00



LOTTO 5	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Sonda lineare per esami superficiali	25	9.000,00	225.000,00
Sonda endocavitaria volumetrica	40	13.500,00	540.000,00
Stampante termica di tipo medicale b/n	15	800,00	12.000,00
Base asta (Pb):			6.762.000,00

Lotto 6 - Tabella per la valutazione delle offerte (L6):

LOTTO 6	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Ecotomografo ginecologico fascia media	35	55.000,00	1.925.000,00
Modulo Sonoelastografico	10	6.700,00	67.000,00
Modulo HW/SW 3D/4D	20	6.500,00	130.000,00
Sonda convex volumetrica	25	14.000,00	350.000,00
Sonda endocavitaria volumetrica	10	18.300,00	183.000,00
Stampante termica di tipo medicale b/n	10	800,00	8.000,00
Base asta (Pb):			2.663.000,00

Lotto 7 - Tabella per la valutazione delle offerte (L7):

LOTTO 7	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Ecotomografo portatile fascia alta	35	42.500,00	1.487.500,00
SW per applicazioni cardiologiche	15	6.500,00	97.500,00
Modulo avanzato integrato per la gestione del mezzo di contrasto (CEUS)	5	6.000,00	30.000,00
Sonda settoriale phased array cardiaca adulti	10	7.500,00	75.000,00
Sonda settoriale phased array cardiaca pediatrica	10	7.500,00	75.000,00
Sonda endocavitaria end-fire	10	7.500,00	75.000,00
Sonda microconvex	10	8.200,00	82.000,00
Stampante termica di tipo medicale B/N sul carrello	15	1.000,00	15.000,00
Base asta (Pb):			1.937.000,00

Lotto 8 - Tabella per la valutazione delle offerte (L8):

LOTTO 8	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Ecotomografo portatile fascia media	105	23.000,00	2.415.000,00
SW per applicazioni cardiologiche	35	5.800,00	203.000,00
Sonda settoriale phased array cardiaca adulti	35	7.000,00	245.000,00



LOTTO 8	Q - Quantità	Prezzo unitario a base d'asta (P)	Prezzo a base d'asta (Q * P)
Sonda endocavitaria end-fire	20	6.750,00	135.000,00
Stampante termica di tipo medicale B/N sul carrello	50	1.000,00	50.000,00
Base asta (Pb):			3.048.000,00

Si rammenta che, con riferimento ai soli dispositivi opzionali, le quantità di cui alla Tabelle Economiche che precedono non rappresentano i quantitativi massimi oggetto di gara bensì sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte.

Si precisa che i prezzi offerti si intendono riferiti all'apparecchiatura e ai dispositivi opzionali completi dei requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione, dei servizi connessi e delle caratteristiche migliorative eventualmente offerte e dichiarate nell'Offerta tecnica.

5.3 Ulteriori regole e vincoli

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di prodotti che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione, ovvero di servizi connessi e opzionali offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione.

Le offerte anormalmente basse verranno calcolate in automatico dal Sistema ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. n. 163/2006 e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.

Saranno altresì esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono **causa d'esclusione** dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo Lotto, il diritto di:



- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- d) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo Lotto.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Consip S.p.A. ha adottato una "Direttiva sui tempi e le modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati", che è consultabile sul sito internet www.consip.it.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la Consip S.p.A. si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla Consip S.p.A. stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. La Consip S.p.A. si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alle singole Amministrazioni.

5.4 Controllo sul possesso dei requisiti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte presentate di comprovare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto nel Bando di gara.

In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati - con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.5 - la presentazione, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione:

- per il requisito di cui **al punto 17.2 del Bando di gara**:
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di



partecipazione;

- **ovvero** copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al **punto 17.2 del Bando di gara** con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- **ovvero** fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- **ovvero** produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la prestazione a proprio favore di forniture/servizi - con indicazione dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Qualora non prodotti in originale, i certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se per ogni Lotto il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto come indicato al punto 17.2 del Bando di gara, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Nel caso di partecipazione in forma associata, ferma la necessità di comprova del possesso dell'intero requisito, si precisa che **per ogni Lotto la mandataria dovrà comprovare il possesso del requisito in misura maggioritaria in senso relativo.**

Tali documenti potranno essere presentati, entro il termine perentorio sopra indicato, **a pena di esclusione**, alternativamente a scelta del concorrente attraverso l'invio in formato elettronico tramite il Sistema nell'apposita sezione ovvero in formato cartaceo, in busta chiusa da inviarsi a Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E – 00198 ROMA, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del concorrente (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, comunque entro e non oltre il termine perentorio di presentazione di 10 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa che, qualora si produca la dichiarazione attraverso l'invio in formato elettronico tramite il Sistema, essa dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto che rilascia la dichiarazione (soggetto o organo preposto al controllo contabile della società concorrente) oppure sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nel caso in cui il soggetto o organo preposto al controllo contabile non sia il Legale rappresentante della società concorrente.

In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n.



82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell'ora in cui la busta perverrà alla Consip S.p.A. faranno fede la data e l'ora indicate all'atto della protocollazione della busta da parte della Consip S.p.A..

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06, così come previsto dall'art. 48, comma 1, del detto Decreto.

5.5 Procedura di gara

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

Consip S.p.A. nomina, ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006, una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **14/12/2015**, con inizio alle **ore 15:00**, dalla Commissione all'uopo nominata che si riunirà presso gli uffici della Consip S.p.A. in Via Isonzo, n. 19/E, in Roma, e procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; la tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 4.3, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) la Commissione di gara procederà – attraverso apposito dispositivo elettronico del Sistema – ad effettuare il sorteggio attraverso un meccanismo casuale automatico di un numero di concorrenti non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) successivamente la Commissione procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la *Documentazione amministrativa* di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Commissione di gara, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi;



pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e la Commissione procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Inoltre, nella predetta seduta della Commissione di gara, la stessa procederà altresì alla constatazione della tempestività della presentazione delle buste contenenti la documentazione presentata al di fuori del Sistema.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute di sblocco e apertura dell'offerta tecnica e di sblocco e apertura dell'offerta economica **il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.**

Dell'esito delle predette attività sarà data apposita comunicazione al concorrente.

La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella *Documentazione amministrativa* e nelle buste contenenti la documentazione presentata al di fuori del Sistema, ad eccezione dei plichi contenenti la "Documentazione tecnica a comprova".

Ai sensi degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni ivi richiamati ovvero di irregolarità che vengano reputate essenziali dalla Commissione stessa, il concorrente verrà invitato da Consip, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine non superiore a dieci giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria come quantificata e secondo le modalità previste nel bando di gara. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua **esclusione**.

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Consip S.p.A. e per essa la Commissione potrà richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena **l'esclusione** dalla gara.

Al termine della analisi dei documenti contenuti nella **documentazione amministrativa**, la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, procederà, relativamente a ciascun singolo Lotto, allo sblocco e all'apertura delle *Offerte tecniche* per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.

Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a **pena d'esclusione**.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del punteggio tecnico (**PT**) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi massimi stabiliti nel precedente paragrafo 5.1 del presente Disciplinare di gara.

Successivamente si procederà, in seduta aperta al pubblico, relativamente a ciascun singolo Lotto, alla apertura delle *Offerte economiche*.



Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

Relativamente a ciascun singolo Lotto, nella medesima seduta aperta al pubblico la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- il punteggio tecnico (**PT**) precedentemente attribuito;
- le attività di sblocco e apertura delle offerte economiche;
- i prezzi offerti.

Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà per ciascun Lotto:

1. all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006;
3. all'attribuzione del punteggio economico sulla base del calcolo automatico effettuato dal Sistema secondo i criteri di cui al paragrafo 5.1.2;
4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta;
5. in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985: a tal fine si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'impresa e di modificare l'offerta;
6. alla verifica, attraverso il meccanismo automatico previsto dal Sistema, della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di anomalia, o comunque qualora intenda procedere ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento procederà, anche avvalendosi della stessa Commissione di gara, ad effettuare tutte le attività di verifica, in accordo con quanto previsto agli artt. 121 e 284 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

La Commissione, infine, in seduta aperta al pubblico dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito di ogni singolo Lotto.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto alla **“verifica”** della **“Documentazione tecnica a comprova”** di cui al paragrafo 4.4.2.1 del presente Disciplinare di gara.



La Commissione giudicatrice di gara procederà pertanto all'apertura della busta **“Gara per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1636 – Documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte: Lotto 1 o Lotto 2 o Lotto 3 o Lotto 4 o Lotto 5 o Lotto 6 o Lotto 7 o Lotto 8”** presentata da detti concorrenti risultati primi nelle graduatorie provvisorie di merito di ciascun lotto, nonché all'esame della documentazione ivi contenuta.

In ragione della regola sul vincolo di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 3.4 del presente Disciplinare di gara, la Commissione avrà la facoltà di eseguire la suddetta verifica documentale anche nei confronti del secondo classificato nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto.

La Commissione giudicatrice verificherà se la documentazione prodotta per la comprova “obbligatoria” e “facoltativa” sia completa, nonché formalmente e sostanzialmente regolare e se sussista il possesso delle caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte.

Con riferimento alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, per i quali è richiesta la **“comprova documentale obbligatoria”** come previsto nell’“Allegato 11 - Riferimenti documentali” al presente Disciplinare (per le quali, quindi, la documentazione a comprova deve essere necessariamente inserita nella busta di cui al par. 4.4.2.1):

- la mancata produzione di documentazione a comprova di una caratteristica minima e/o migliorativa ovvero,
- la presentazione di documentazione diversa da quella indicata al precedente paragrafo 4.4.2.1 ovvero,
- la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza nel prodotto offerto di una caratteristica minima e/o migliorativa,

determina l'esclusione dalla gara e Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione provvisoria.

Con riferimento alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, per i quali è prevista la **“comprova documentale facoltativa”** come stabilito nell’“Allegato 11 - Riferimenti documentali” al presente Disciplinare, si precisa che la Commissione svolgerà obbligatoriamente la **“verifica tecnica”** di cui al successivo paragrafo 5.6:

- i) su tutte le caratteristiche tecniche minime e/o migliorative per le quali il concorrente non abbia prodotto documentazione a comprova;
- ii) su tutte le caratteristiche tecniche minime e/o migliorative per le quali il concorrente abbia prodotto documentazione a comprova diversa da quella indicata al precedente par. 4.4.2.1;
- iii) su tutte le caratteristiche tecniche minime e/o migliorative per le quali il concorrente abbia prodotto documentazione che non comprova.

La Commissione, anche nel caso in cui il concorrente abbia comprovato documentalmente tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative - obbligatorie e facoltative), potrà, ove lo



ritenga possibile e opportuno, procedere con la “verifica tecnica” delle caratteristiche tecniche minime e/o migliorative dei prodotti offerti come previsto al successivo par. 5.6.

In ogni caso, detta “**verifica tecnica**” avverrà con le modalità e secondo la tempistica di cui al paragrafo 5.6 del Disciplinare di gara.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 ivi comprese le attività di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

Si specifica che – in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13 della L. 11 novembre 2011 n. 180 - la Consip non procederà ad effettuare le verifiche di cui all’art.48 comma 2 nel caso in cui il concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all’intera compagine, alle verifiche di cui all’art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Relativamente a quanto previsto dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il termine viene fissato in 60 giorni. Tale termine potrà essere prorogato con comunicazione di Consip S.p.A. a tutti i concorrenti.

Entro il termine di 5 giorni dall’aggiudicazione, Consip effettuerà la comunicazione dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.

Con riferimento a quanto disciplinato dall’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, Consip procederà a richiedere, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del predetto Decreto - di comprovare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto nel Bando di gara, attraverso la presentazione della documentazione precedentemente indicata. Qualora la predetta documentazione non venga fornita nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta ovvero qualora il possesso del requisito non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 così come previsto dall’art. 48, comma 2 di detto Decreto.

Si precisa che ai fini dell’applicazione della regola sul numero massimo di Lotti aggiudicabili ad un medesimo Concorrente, di cui al precedente Paragrafo 3.4 – e fatta salva l’ipotesi in cui il/i Concorrente/i eventualmente risultato/i primo/i nella graduatoria di merito di un numero di Lotti superiore sia/siano stato/i già sorteggiato/i ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ed abbia integralmente comprovato per i tutti i Lotti il prescritto requisito - la determinazione dei 4 Lotti da aggiudicare (ovvero, del maggior numero di Lotti, nel caso in cui si configurasse una



delle due ipotesi di deroga alla regola generale sul numero massimo di Lotti aggiudicabili ad un medesimo Concorrente, previste sempre al precedente Paragrafo 3.4) verrà effettuata solo all'esito della comprova esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

Atteso che per l'attribuzione del punteggio tecnico per ogni Lotto sono previsti criteri caratterizzati da una "interdipendenza" tra le diverse offerte, si precisa che nelle ipotesi in cui un concorrente venga escluso dopo che la sua offerta sia stata oggetto di valutazione ed attribuzione di Punteggio Tecnico, la Commissione procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici attribuiti per i suddetti criteri delle diverse offerte rimaste in gara, senza più prendere in considerazione l'Offerta tecnica del Concorrente escluso, ed ove occorra dei punteggi complessivi.

Si precisa tuttavia che, in ossequio ai principi di speditezza e celerità delle procedure ad evidenza pubblica, nel caso in cui l'esclusione di un concorrente – o, comunque, qualunque causa che determini la non partecipazione di un concorrente alla gara – si verifichi successivamente alla chiusura – comprensiva delle eventuali esclusioni – della fase di comprova di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, non troverà applicazione il procedimento di "revisione" dianzi indicato.

Pertanto, a seguito delle verifiche di cui al citato articolo 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle eventuali, conseguenti, esclusioni di concorrenti dalla gara, qualunque ulteriore eventuale esclusione dalla – o altra causa che determini la non partecipazione di un concorrente alla – gara non inciderà sui punteggi (tecnici e complessivi) già attribuiti ai concorrenti rimasti in gara.

5.6 Verifica tecnica

Con riferimento a ciascun singolo Lotto, al termine della verifica della Documentazione a comprova di cui al precedente paragrafo 4.4.2.1 e ove risultino comprovate le **caratteristiche obbligatorie**, la Commissione di gara procederà alla verifica tecnica delle caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte indicate come "facoltative" nell'Allegato 11 al Disciplinare di gara, rispetto alle quali il concorrente non abbia prodotto documentazione tecnica a comprova o abbia prodotto documentazione inidonea, al fine di riscontrare la corrispondenza tra quanto dichiarato nell'offerta tecnica e le caratteristiche tecniche minime e/o migliorative dei prodotti offerti.

Come sopra precisato, la Commissione, anche nel caso in cui mediante la "Documentazione tecnica a comprova" siano comprovate tutte le caratteristiche (minime e migliorative - obbligatorie e facoltative), potrà comunque, ove lo ritenga opportuno e possibile, procedere con la predetta verifica in relazione alle caratteristiche tecniche minime e/o migliorative dei prodotti offerti.

La verifica tecnica sarà eseguita:

- attraverso una prova pratica sull'apparecchiatura e su tutti i dispositivi accessori offerti;



- mediante riscontro visivo sull'apparecchiatura e su tutti i dispositivi accessori offerti.

Nel caso in cui il possesso di una o più caratteristiche minime e/o migliorative non sia dimostrabile tramite prova pratica o riscontro visivo sull'apparecchiatura o dispositivo accessorio, ed il concorrente non abbia in precedenza comprovato il possesso del/i requisito/i tramite la "Documentazione tecnica a comprova" (di cui al paragrafo 4.4.2.1), il concorrente sarà **escluso** dalla gara e Consip avrà diritto di escutere la cauzione provvisoria.

La "verifica tecnica" verrà svolta dalla Commissione giudicatrice, in contraddittorio con il concorrente, presso la sede della Consip (di cui al punto 1 del Bando di gara).

La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione della Commissione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal concorrente. Tale data potrà essere prorogata su motivata richiesta del concorrente, solo qualora ricorra una causa di forza maggiore o caso fortuito. La predetta comunicazione sarà inviata dalla Commissione attraverso la sezione del Sistema riservata alle comunicazioni almeno 20 giorni solari prima dell'esecuzione della verifica stessa.

La verifica sarà espletata a cura ed onere del concorrente, a tal fine quest'ultimo dovrà trasportare e predisporre le apparecchiature, i dispositivi accessori e tutte le procedure necessarie, presso la sede della Consip nel giorno indicato nella Comunicazione. Di tale attività il concorrente sarà ritenuto esclusivo responsabile.

Il concorrente dovrà inoltre, a proprie spese, mettere a disposizione sul luogo di svolgimento della verifica tecnica un proprio incaricato in grado di risolvere tutte le eventuali problematiche di tipo tecnico, amministrativo e logistico che dovessero sorgere. Il concorrente dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche amministrative (es. permessi, autorizzazioni) e tecniche che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica tecnica.

A seguito del mancato o incompleto espletamento della verifica per cause di forza maggiore o caso fortuito, il concorrente sarà tenuto a eseguire o completare la verifica in altra data.

Il concorrente che, per propria immotivata negligenza, non consenta l'esecuzione o il completamento delle verifiche nella data indicata dalla Commissione, sarà **escluso** dalla procedura, si escuterà la cauzione provvisoria e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

La Commissione ha la facoltà di interrompere la verifica limitatamente al tempo necessario per risolvere eventuali problematiche tecniche e/o logistiche che dovessero presentarsi durante l'esecuzione della stessa.

Inoltre, la verifica, svolta dalla Commissione in contraddittorio con il referente individuato dal concorrente, sarà oggetto di opportuna verbalizzazione.

Non sono ammesse registrazioni audio e video e non è ammesso l'uso dei telefoni cellulari.



In caso di esito negativo della “verifica tecnica” il concorrente sarà escluso e Consip S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione provvisoria.

5.7 Accesso

Si evidenzia, preliminarmente, che l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato con le modalità, i limiti e la tempistica previsti agli articoli 13 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare, per ogni Lotto cui intende partecipare, analiticamente sia nell'Offerta Tecnica sia nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Consip garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la Consip in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

5.8 Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla Consip le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel “Documento di partecipazione” producendo apposite dichiarazioni rese - in conformità al “Documento di partecipazione” medesimo - dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Anche l'impresa ausiliaria dovrà, tramite il concorrente, comunicare tempestivamente alla commissione le variazioni intervenute alle dichiarazioni di cui alle lettere D ed E della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria” di cui all'Allegato 7 e all'Allegato 10, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria nella presente procedura in conformità a quanto previsto alle lettere D ed E della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria”.

Le surrichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate in busta chiusa con la dicitura: **“Gara per la fornitura di ecotomografi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1636 – Lotto 1 e/o Lotto 2 e/o Lotto 3 e/o Lotto 4 e/o Lotto 5 e/o Lotto 6 e/o Lotto 7 e/o Lotto 8 - Documenti – variazioni**



intervenute”.

Rimane inteso che in entrambi i casi al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006, nella dichiarazione relativamente a tale causa di esclusione dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. e Consorzi da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

5.9 L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale

L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere inviata al di fuori del Sistema e indirizzata alla Direzione Legale e Societario della Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata dlsconsip@postacert.consip.it.

6. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, viene richiesto all’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto di far pervenire alla Consip S.p.A., al di fuori del Sistema:

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- dichiarazione, conforme all’Allegato 9 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l’Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a comunicare i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali; ii)



L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 7.1 del presente Disciplinare di gara; si precisa che, al fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al successivo paragrafo 7.1 del presente Disciplinare di gara, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione in favore della Consip S.p.A. a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, secondo le modalità, importi e condizioni indicate nel paragrafo 7.2 del presente Disciplinare di gara;
- c) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 7.3 del presente Disciplinare di gara;
- d) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 10 dello Schema di Convenzione;
- e) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico bancario permanente (RID).
- f) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione;
- g) curriculum del Responsabile della fornitura (con le informazioni previste nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico) che sarà il referente responsabile nei confronti delle



Amministrazioni e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore, nonché il numero telefonico, il numero di fax e la PEC per il servizio di “Customer Care”;

- h) per ogni Lotto aggiudicato: Elenco dei Centri Assistenza tecnica diretti e/o convenzionati, in grado di garantire gli interventi di assistenza e manutenzione meglio specificati nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, in ragione di quanto proposto in Offerta Tecnica, con indicazione per ogni Centro di ubicazione, indirizzo, telefono, fax, eventualmente PEC.

E' in facoltà dell'aggiudicatario presentare in luogo della cauzione definitiva di cui alla precedente lettera a) e della cauzione a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera b) un unico documento comprovante la prestazione di una cauzione di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette cauzioni, secondo le modalità e condizioni indicate rispettivamente alle citate lettere a) e b).

In caso di R.T.I. e di Consorzi: la documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti d), e) e f) e la documentazione di cui ai precedenti punti g) ed h) dovrà essere presentata: (i) in caso di R.T.I., dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel “Documento di partecipazione”, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.



Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Inoltre, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario è tenuto a:

- compilare il catalogo elettronico sulla base del modello messo a disposizione da Consip con i prodotti/servizi oggetto di Convenzione;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema.

Allo scadere di detto termine, qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto all'invio del documento riassuntivo del catalogo firmato digitalmente, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove Consip non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006, procederà, previo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo 5.4, all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, Consip potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta dall'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario di ogni Lotto verrà stipulata una Convenzione, conforme allo Schema di Convenzione allegato al presente Disciplinare di gara.

Successivamente, Consip comunicherà per ogni Lotto l'avvenuta stipulazione della Convenzione con l'aggiudicatario.

7. GARANZIA

7.1 Cauzione definitiva

Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo complessivo



offerto, in favore delle Amministrazioni contraenti e di Consip S.p.A.. Tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto per ciascun Lotto di euro 1.000.000,00.

Esempio

Importo complessivo offerto per ciascun Lotto		1.000.000,00	
Ribasso		24%	
Cauzione base	5%	5%	50.000,00
dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1	10%	100.000,00
dal 20% al 24% del ribasso	4% x 2	8%	80.000,00
IMPORTO FINALE GARANZIA			230.000,00

L'importo della suddetta cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione.

Si precisa inoltre che, a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°



settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; si precisa, tuttavia, che, stante l'adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d'Italia 288 del 3.4.2015 - e nelle more della loro completa applicazione, la suddetta garanzia potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze).

La garanzia deve essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 4 – Modello 1 del Disciplinare**. La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Convenzione e dei contratti attuativi e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lo svincolo verrà effettuato dalla Consip S.p.A. con periodicità semestrale, subordinatamente alla preventiva consegna alla medesima Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010, relativi a ciascun singolo Ordinativo di fornitura.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

7.2 Garanzia per le verifiche ispettive

Il Fornitore, al momento della stipula della Convenzione, è inoltre tenuto a costituire in favore



della Consip S.p.A. una fideiussione a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

L'importo della predetta garanzia pari a:

- Lotto 1: euro 8.520,00;
- Lotto 2: euro 12.900,00;
- Lotto 3: euro 8.520,00;
- Lotto 4: euro 3.550,00;
- Lotto 5: euro 6.390,00;
- Lotto 6: euro 3.550,00;
- Lotto 7: euro 3.550,00;
- Lotto 8: euro 8.520,00.

è a carico del Fornitore.

Tale cauzione può essere costituita a scelta dell'aggiudicatario in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Consip S.p.A.. In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario presso la Unicredit Banca avente codice IBAN IT 40 D 02008 05365 000004887937 intestato alla Consip S.p.A..

La cauzione può altresì essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (si precisa, tuttavia, che, stante anche l'adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d'Italia 288 del 3.4.2015- e nelle more della loro completa applicazione, la suddetta garanzia potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze).

La predetta garanzia dovrà essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 4 – Modello 2** del Disciplinare.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Si procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore alla Consip S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.



7.3 Polizza assicurativa

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula della Convenzione, a presentare, per ciascun Lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato 5B al presente Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

a) In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste nell'Allegato 5A e nell'Allegato 5B al presente Disciplinare di gara;

ovvero (in via alternativa)

b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti dell'allegato 5A e alle condizioni dell'allegato 5B al presente Disciplinare di gara.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 5A e 5B del Disciplinare. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Posto che per tutta la durata della Convenzione (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato negli Allegati 5A e 5B, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula della Convenzione, polizze di durata non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'Allegato 5A con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato 5A e nell'Allegato 5B, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto al successivo par. 8 del presente Disciplinare, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile



nei confronti delle Amministrazioni contraenti e della Consip S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

In caso di aggiudicazione di più Lotti, l'Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo Lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni Lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun Lotto i massimali indicati nell'Allegato 5B.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e della Consip S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (Fornitore) deve depositare presso la Consip S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un R.T.I. o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto l'aggiudicatario (Fornitore) deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 del D.Lgs. n. 163/2006;



- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario (Fornitore), ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario (Fornitore) non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario (Fornitore).

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Convenzione allegato.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (di seguito la "Legge"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

- I dati forniti vengono acquisiti da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati



Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19/E alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail esercizio.diritti.privacy@consip.it

10. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N.



231/2001

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A. nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun Lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.consip.it.

11. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi), all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.



Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

12. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 – Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Allegato 2 – Schema di Convenzione (e allegate Condizioni Generali) nonché “Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore”

Allegato 3 – Capitolato Tecnico (e relativi allegati)

Allegato 4 – Facsimile di cauzioni per la stipula della convenzione (Mod. 1 e Mod. 2)

Allegato 5A – Condizioni Generali della polizza assicurativa

Allegato 5B – Condizioni particolari della polizza assicurativa

Allegato 6 – DVRI standard

Allegato 7 – Modello di dichiarazione di avvalimento costituita da dichiarazione di avvalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria

Allegato 8 – Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione

Allegato 9 – Facsimile Dichiarazione familiari conviventi

Allegato 10 – Modello per le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale

Allegato 11 – Riferimenti documentali

Consip S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Ing. Luigi Marroni)