

Classificazione documento: Consip Public

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN RELAZIONE A CIASCUN SUB-LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI, SERVIZI CONNESSI E DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE N. 2 – ID 2349

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE

1) Modifiche al Capitolato d’Oneri

Con riferimento alla “Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica Lotto 1 - Ecotomografi multidisciplinari” al **par. 17.1** rubricato “**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA**” il **criterio di valutazione 1.13** così riportato:

“Frequenza massima della sonda lineare (high frequency)”

deve intendersi sostituito come segue:

“Frequenza massima della sonda lineare (high frequency):

<16 MHz, C= 0;

≥ 16 MHz e <20 MHz, C= 0,5;

≥ 20 MHz, C= 1.”

2) Modifiche alla documentazione di gara

Con riferimento alla documentazione di gara (in particolare: Capitolato d’Oneri, Bando AQ, Allegato 3 – Schema di Accordo Quadro, Allegato 4 – Capitolato Tecnico e Allegato 13 – Riferimenti Documentali), in considerazione della natura della “Missione 6 Componente 2 – Investimento: 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” – Sub-investimento 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (Grandi Apparecchiature)”, laddove si faccia riferimento a:

“fondi PNRR e/o PNC”

deve intendersi eliminato qualsiasi riferimento ai fondi PNC e sostituito come segue:

“fondi PNRR”

Ing. Cristiano Cannarsa

(L’Amministratore Delegato)